

SAC SPREYİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vagen kafından ve serviks ağzından alınan sürüntü örneğinin fiksasyonu için uygun miktarda alkol içermesi gereklidir.
- 2- Spreyin anında kalıcı tespit özelliğinin olması gereklidir.
- 3- Akışkan özelliğinin olmaması gereklidir.
- 4- Anti-nem özelliğinin olması gereklidir.
- 5- CE belgesinin olması gereklidir.
- 6- Her bir kutu 250-300 ml olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 127-AA-091
Dip. Tescil No: 43712

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 105745 Dip. Tesc. No: 138036



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 04/01/2021
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 04/01/2021 10:08:00

Malzeme Kodu : J01-013533
Malzeme Adı : FOTOĞRAF KARTI

- FOTOĞRAF KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ
- 1-A6 büyüklüğünde renkli baskıya olanak tanımalıdır.
 - 2- Ölçüleri 144 x 100mm olmalıdır.
 - 3- 200 baskı kağıdı için 4 ribon verilmelidir.
 - 4- Sony marka renkli printer ile uyumlu olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 105745 Dip. Tesc. No: 138036

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 8744-091
Dip. Tesc. No: 13712

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Gazi Üniversitesi

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı

Kanama Durdurucu Monsel Solüsyon Teknik Şartnamesi

- 1-)% 15 Elementer Demir içermelidir.
- 2-)15 Gr Ferrik Sülfat içermelidir
- 3-)5 Gr Ferrosülfat içermelidir.
- 4-)Ferric Subsülfat Özelliğinde olmalıdır.
- 5-)10 cc lik Koyu Renk Şişelerde olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87-AA-091
Dip. Tescil No: 43712

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No:105745 Dip. Tesc. No:138036



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 04/01/2021
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 04/01/2021 10:08:00

Malzeme Kodu : J07-073105
Malzeme Adı : LUGOL SOLÜSYONU.

LUGOL SOLÜSYONU

- 1-)%1 LİK İYODİN POTASYUM İODAT ÇÖZELTİSİ OLMALIDIR.
- 2-)RENKLİ ŞİŞEDE OLMALIDIR.
- 3-)250 ML OLMALIDIR
- 4-)ANALİTİK SAFLIKTA OLMALIDIR.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 105745 Dip. Tesc. No: 138036

HAZIRLAYANLAR

prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkama
Dip. No: 87-AA-1997
Dip. Tescil No: 43712

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 04/01/2021
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 04/01/2021 10:08:00

Malzeme Kodu : J01-013816
Malzeme Adı : ULTRASON KAĞIDI.

ULTRASON TERMAL KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Termal kağıtlar Anabilim dalımızda kullanılmakta olan ultrasonların printer cihazlarına uygun olmalıdır.
- 2- Siyah Beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Yüksek dansiteli olmalıdır.
- 4- Isı ışık ve nemden etkilenmemesini sağlayacak alüminyum folyo içinde olmalıdır.
- 5- Termal kağıtlar Ana bilim dalımızda kullanılmakta olan ultrasonların printer cihazlarının 256 ton ayırımına uygun olmalıdır.
- 6- 110 mm x 20 m ebadında olmalıdır.
- 7- Rulo şeklinde olmalıdır.
- 8- 1 ruloda 210 - 240 baskı alınabilir olmalıdır.
- 9- 2 yıl garantili olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No:105745 Dip. Tesc. No:138036

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ahmet ERDEMLİ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87 AA-091
Dip. Tescil No: 43712

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 04/01/2021
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 04/01/2021 10:08:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-016289 LOOP UÇ (15X12 MM.)

LOOP UÇ 15X12 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrod transformasyon bölgesinin loop eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2-Elektrodun genişliği 15 mm derinliği 12 mm olmalıdır.
- 3-Elektrodun kesici kısmı 0.2 mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
- 4-Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacıyla Y şeklinde olmalıdır.
- 5-Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir "T" adaptörü olmalıdır. Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10 mm arasında 2 mm lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
- 6-Elektrod standart 3/32" elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
- 7-Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.
- 8-En az iki yıl garantisi olmalıdır.
- 9-EO ile steril edilmiş olmalı, sterilizasyon süresi alımdan itibaren en az üç olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 105745 Dip. Tesc. No: 138036

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87-41-991
Dip. Tescil No: 45112

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 04/01/2021
Bölüm Adı : K.H.D. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 04/01/2021 10:09:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-013575 DİSPOSABLE TOPUZ UÇ (KAD. DOĞ. İÇİN)

DİSPOSABLE TOPUZ UÇ

- 1-Tek kullanımlık olmalı.
- 2-Elektrodes uçları 11 cm shaft olmalı.
- 3-Ball topuz uç 5 mm diameter olmalı.
- 4-Leep eksizyon sonrası koagülasyon için kullanmaya uygun olmalıdır.
- 5-Elektrotlar standart elektrokoter cihazına uygun olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No:105745 Dip. Tesc. No:138036

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87-AA-091
Dip. Tescil No: 42712

ONAYLAYAN

Hemşire Ülkü AKBUDAK KURTÇU
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
3. Bölümde kullanılan ayak pedal kontrollü cerrahi leep koterine uyumlu olmalıdır.
4. Koter kalemi sıvı yalıtımı sağlayacak şekilde presle kapatılmış, uçları 30mm'den kısa olmamalı ve çelik olmalıdır.
5. Koter kalemleri steril ambalaj içinde, uç kısımları da ambalajı yırtmayacak şekilde koruyucu bir kapakla kapatılmış olmalıdır.
6. Depo teslimi sırasında 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No: 105745 Dip. Tesc. No: 138036

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 3711402
Dip. Tescil No: 43712