



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10880  
İstem Tarihi : 06/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/01/2021 09:13:00

**Malzeme Kodu** : J06-067904  
**Malzeme Adı** : TANSİYON ALETİ MANŞONU (KOL BEZİ) VE İÇ LASTİĞİ, ÇOCUK BOY

TANSİYON ALETİ MANŞONU ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapmayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
2. Manşon pediatrik hastalarda kullanılabilir şekilde 25-31 cm ( $\pm$ %10) uzunluğunda 7-11 cm ( $\pm$ %10) genişliğinde olmalıdır.
3. Manşonun hortum uzunluğu 42-48 cm ( $\pm$ %10) uzunluğunda olmalıdır.
4. Manşonun arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon yapışkanlı (cırt cırtlı) olmalıdır.
6. İç manşonla beraber olacaktır.
7. İç manşon çiftli olacaktır ve hastanemizde kullanılan tansiyon aletlerine uygun olacaktır.
8. Teklif verecek istekliler numune getirmek zorundadır.
9. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
11. Manşonlar sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim edilmiş olmalıdır.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p><i>İsmail Demirel</i></p>	<p><i>Mehmet UÇAR</i></p> <p>Mehmet UÇAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihazlar Biyomedis.</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p> <p><i>Fatih AKBAL</i></p> <p>Fatih AKBAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi</p>
--	---	---



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ




İstem No : 10880  
İstem Tarihi : 06/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/01/2021 09:14:00

**Malzeme Kodu** : J06-067904  
**Malzeme Adı** : TANSİYON ALETİ MANŞONU (KOL BEZİ) VE İÇ LASTİĞİ, ÇOCUK BOY

TANSİYON ALETİ MANŞONU ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapmayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
2. Manşon pediatrik hastalarda kullanılabilecek şekilde 40-46 cm ( $\pm$ %10) uzunluğunda 10-14 cm ( $\pm$ %10) genişliğinde olmalıdır.
3. Manşonun hortum uzunluğu 42-48 cm ( $\pm$ %10) uzunluğunda olmalıdır.
4. Manşonun arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon yapışkanlı (cırt cırtlı) olmalıdır.
6. İç manşonla beraber olacaktır.
7. İç manşon çiftli olacaktır ve hastanemizde kullanılan tansiyon aletlerine uygun olacaktır.
8. Teklif verecek istekliler numune getirmek zorundadır.
9. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
11. Manşonlar sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim edilmiş olmalıdır.

 İsmail Demirel	<b>HAZIRLAYANLAR</b>  MEHMET UÇAR GAZI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Cihaz Birimi Teknik Servis	<b>ONAYLAYAN</b>  Fatih AKBAL GAZI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
---	---	---



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10880  
İstem Tarihi : 06/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/01/2021 09:15:00

**Malzeme Kodu** : J06-067904  
**Malzeme Adı** : TANSİYON ALETİ MANŞONU (KOL BEZİ) VE İÇ LASTİĞİ, ÇOCUK BOY

TANSİYON ALETİ MANŞONU ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapmayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
2. Manşon pediatrik hastalarda kullanılabilecek şekilde 20-26 cm ( $\pm$ %10) uzunluğunda 3-8 cm ( $\pm$ %10) genişliğinde olmalıdır.
3. Manşonun hortum uzunluğu 42-48 cm ( $\pm$ %10) uzunluğunda olmalıdır.
4. Manşonun arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon yapışkanlı (cırt cırtlı) olmalıdır.
6. İç manşonla beraber olacaktır.
7. İç manşon çiftli olacaktır ve hastanemizde kullanılan tansiyon aletlerine uygun olacaktır.
8. Teklif verecek istekliler numune getirmek zorundadır.
9. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
11. Manşonlar sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim edilmiş olmalıdır.

 İsmail Demirel	<b>HAZIRLAYANLAR</b>  Mehmet UÇAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri	<b>ONAYLAYAN</b>  Fatih AKBAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
---	---	---