

17.12.2020

## ŞEFFAF BAŞALTI DESTEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde kullanılmak üzere 3'er adet şeffaf başaltı desteği alınacaktır.
- 2- Klinikte kullanılan baş ve boyun maske tutucuları ile uyumlu olmalı ve maske tutucularına monte edilebilmesi için her desteğin sağ ve sol yanında birer delik bulunmalıdır.
- 3- Başaltı destekleri pürüzsüz bir yüzeye ve şeffaf yapıya sahip olup, A,B,C, ve F modelinden 3'er adet boyun şekillerinde bulunmalıdır.
- 4- Şeffaf destekler yüksek enerjili ışınları kolaylıkla geçirmeli; radyasyon soğurucu özellikte olmamalıdır.
- 5- Destekler cildi tahriş etmemeli ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
- 6- Distribütör firma, üretici firmanın temsilcilik belgesini ibraz etmelidir.

**Doç.Dr. Serap ÇATLI DİNG**  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

**Prof.Dr.Hüseyin BORA**  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
RADYASYON ONKOLOJİSİ  
Diploma No/ 2885  
Dip. Tescil No/ 37302