



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20992024-04-1755
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 24/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 19/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Prototoma faaturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Birosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin Yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, matkaları ve ambalajı şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilmiş bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksa FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. ilçe ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB'da/UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konurunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konurunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/tekliflere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-071985	BUHAR OTOKLAV BANDI.	1000	ADET

Memiş COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

1955

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihale.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

Barış SEVİNÇ
Şef



Telefon No : 26851
İşlem Tarihi : 16/04/2024

İstem No	26058	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	D.S.Merkez Ambar Stogu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Salim SAĞLAM	İstem Yapan Birim	D.S.Merkez Ambar Stogu	Kullanım Süresi	

D.S.Merkez Ambar Deposu İhtiyacı olan MERKEZ DEPO için aşağıdaki malzemelerin/nimyetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapıtırılmasına emir ve müsaadenizi arz ederim.

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli						
Kısım No	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A. Fiyatı	Birim Fiyatı	Merkez Depo Stok	Hastane D Stok	Gecmiş Yıl Gecmiş Yıl Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Ort.			
1	0	J01-011965	BUHAR OTOKLAV BANDI.	0	1000	ADET	0	08/03/2024	77.76	215	215	365	2223	185	644	161

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.
BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ MERKEZ DEPO

İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi

DEPO GÖRÜŞÜ Omo de yabektun. 91 kelan inoled teker edilmey
alim soneci de van etmelidedir.

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi
Elmas UNAL

Taşınır Kayıt Yetkilisi

16/04/2024
Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

17/04/2024
Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
Faturalandırma Müdürlüğü

17/04/2024
Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

17/04/2024
Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
Satınalma Komisyon Başkanı

E Blok 1 Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Gecmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. /Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları: "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

011965 BUHAR OTOKLAV MARUZİYET BANTI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Buhar sterilizasyonunun 121° ve 134° C lik çevrimlerinde kullanılmalıdır. Başarılı sterilizasyon sonrası, buhara maruz kalan kimyasal çizgiler referans renge belirgin renk değiştirmeli, yoruma dayanmamalıdır.
2. Maruziyet öncesi ve sterilizasyon gerçekleşmeden, buhar otoklav maruziyet bandı renk değişikliği veya referans renge dönmemelidir.
3. Esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genişlemeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalı, kapatma amacıyla kullanıldığı zaman paket açılmamalıdır.
4. Ürünlerden numune verilebilmeli Sterilizasyon Ünitesindeki otoklavlarda denenip kullanıma uygun olmalıdır.
5. Kumaş, plastik, krep kâğıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmelidir.
6. Üzerine yazı yazılabilmelidir.
7. Ürün genişliği en az 24 mm. Rulo uzunluğu 50 mt. ,değerlendirme kolaylığı açısından kimyasal çizgi kalınlığı en az 3 mm. kimyasal çizgi aralığı en fazla 2,5cm. Aralığında olmalıdır. Rulodan açılması kolay olmalıdır.
8. Sterilizasyon boyunca ve sonrasında yapışkanlığı bozulmamalıdır. Yapıştırıldığı yerden bir iz veya kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilmelidir.
9. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır.
10. İndikatör mürekkebi içinde kimyasal madde toksid olmamalı, steril olan malzemeye transfer olmamalıdır.
11. Normal oda koşullarında saklanabilmelidir.
12. Her bir rulo üzerinde üretici adı, lot numarası ve son kullanma tarihi açık bir biçimde, fabrikasyon olarak yer almalıdır.
13. Her bir bant tek başına ambalajlanmış olmalıdır.
14. Firma hatalı çıkan ve son kullanım tarihi yaklaşan bantları değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Bu ürün EN ISO 11140-1 sertifikasına sahip olmalı ve teklif dosyasına eklenmelidir.
16. Ürünün uygunluğuna Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından karar verilecektir.

Prof. Dr. Ayşe KALKANCI
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Etil. No: 7194

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı