

Chamber şartnamesi

- 1-Sıvı silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Alerjiye neden olmamalıdır.
- 3-Yüze tam uyumlu olmalıdır.
- 4-Large 5 yaş üzeri olmalıdır.
- 5-Kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.
- 6-Uygun doz ile hızlı terapi yapılabilmelidir.
- 7-Antistatik malzemedan oluşmalıdır.

Doç.Dr. Fikret BİLDİK
T.C. GAZI ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Açık Tıp
Dip.No:8804A023
Pfr.No:88099-51050

T.C. GAZI ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Açık Tıp