



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 30/09/2020
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 30/09/2020 15:59:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-013838 DO1003 ANTIEMBOİZM BASINÇ MANŞONU (DİZÜSTÜ).

PNÖMATİK KOMPRESYON BACAK MANŞONU(DİZ ÜSTÜ)

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktır.
2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Manşonların diz üstü boyları bulunmalıdır.
5. Diz üstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium, large ve XL boyları bulunmalıdır.
6. Her pakette 1 çift manşon bulunmalıdır.
7. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
8. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.
9. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.
10. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sistemi bulunmalıdır.
11. Manşonların boyları renk kodlandırılmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini taahhüt etmelidir.
12. Hastaneye her 50 manşon karşılığında 1 adet cihaz konsinye olarak bırakılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Lale KARABIYIK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. Tes. No: 39307

ONAYLAYAN

Uzm. Dr. Emine ÜNAL CERAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Yönetim Kurulu Üyesi
Dip. Tesc. No: 152980/124516