



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10877
İstem Tarihi : 06/01/2021
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 06/01/2021 15:18:00


Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-012480 TANSİYON ALETİ PUARI.


TANSİYON ALETİ PUARI ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tansiyon aleti puarı için teklif vereceklerdir.
2. İstekliler tarafından teklif edilen puar hastanemizde kullanılan tansiyon aletlerine uyumlu olacaktır.
3. Teklif verecek olan istekliler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine numune getirmek zorundadır.
4. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
5. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6. Puarlar sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim edilmiş olacaktır.

HAZIRLAYANLAR


Burak KOÇAK


Mehmet UÇAR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikleri

ONAYLAYAN


Fatih AKBAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10877
İstem Tarihi : 06/01/2021
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 06/01/2021 15:18:00

Malzeme Kodu : J06-064259
Malzeme Adı : TANSİYON ALETİ MANŞONU (KOL BEZİ) VE İÇ LASTİĞİ, ERİŞKİN BOY

TANSİYON ALETİ MANŞONU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapmayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
2. Manşon yetişkin hastalarda kullanılabilir şekilde 43-48 cm (\pm %10) uzunluğunda 12-16 cm (\pm %10) genişliğinde olmalıdır.
3. Manşonun hortum uzunluğu 42-48 cm (\pm %10) uzunluğunda olmalıdır.
4. Manşonun arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon yapışkanlı (cırt cırtlı) olmalıdır.
6. İç manşonla beraber olacaktır.
7. İç manşon çiftli olacaktır ve hastanemizde kullanılan tansiyon aletlerine uygun olacaktır.
8. Teklif verecek istekliler numune getirmek zorundadır.
9. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
11. Manşonlar sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim edilmiş olmalıdır.

 HAZIRLAYANLAR Burak KOÇAK	 HAZIRLAYANLAR Mehmet UÇAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri	 ONAYLAYAN Fatih AKBAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
---	---	--



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10877
İstem Tarihi : 06/01/2021
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 06/01/2021 15:16:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-064608 TANSİYON ALETİ MANOMETRESİ.

1. TANSİYON ALETİ MANOMETRESİ ALIMI
2. TEKNİK ŞARTNAMESİ
- 3.
4. 1. İstekliler tarafından teklif edilen manometre, hastanemizde kullanılan tansiyon aletlerine
5. uyumlu olacaktır.
6. 2. Teklif veren istekliler bir adet manometre numunesi teslim etmek zorundadır.
7. 3. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
8. 4. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
9. 5. Tansiyon aleti manometresi ambalajı ve sıfır (kullanılmamış) ürün olmalıdır.
10. 6. Seri numaralı olmalıdır.
11. 7. Teslim edilen manometrelerin kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.
12. 8. Teklif edilen tansiyon aleti manometresi 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.
13. 9. Tansiyon aleti manometresi sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim
14. edilmiş olmalıdır.
- 15.

 Burak KOÇAK	HAZIRLAYANLAR Mehmet UÇAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Sıvı ve Gaz Teknikleri	ONAYLAYAN Fatih AKBAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
-----------------	--	--