



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 22/02/2019
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 22/02/2019 11:28:00

Malzeme Kodu : J01-011391
Malzeme Adı : OR1360 İDRAR TORBASI, SAATLİ 2 LT.

İDRAR TORBASI SAATLİK 2LT

- İdrar torbası rezervuar 500 ml ve toplama kabı 2000 ml olacak şekilde toplam 2500 ml olacaktır.
- Toplama kabının ilk 50 cc 'si 2-4 cc kalan kısmı 10'ar cc ölçüm aralığında olmalı ve hasas ölçüm yapmaya imkan tanınmalıdır.
- İdrarı ileten line'nin uzunluğu en az 120 cm olmalı, foley sondaya bağlantı noktasında koruyucu kapak olmalıdır.
- Line kıvrılma ve bükülmelere dayanıklı olup idrar akışına engel teşkil etmemeli ve geri kaçıışı engelleyecek nitelikte olmalıdır.
- Line üzerinde biri foley sondaya giriş yerinde diğeri toplama yerine giriş yerinde olmak üzere iki adet örnek alma portu bulunmalıdır.
- Toplama kabında biriken idrarı torbaya boşaltacak musluk sistemi olmalı, musluk kapama açma sırasında kırılmamalı, kopmamalı, kullanıma bağlı deformasyon göstermemelidir.
- Toplama kabındaki idrar boşaltılırken alttaki torbaya kolay boşalmalı ve hava yapmamalıdır.
- İdrar torbasının toplama kabı ile birleştiği yerin altında toplama kabına geri dönüşü önleyen valf sistemi olmalıdır.
- Toplama bölümüne gelen line üzerinden klemp olmalıdır.
- Toplama bölümünün iki yanında kabın düzgün durmasını sağlayan yatak askısı olmalı, ayrıca idrar torbasına musluk açılmadan idrar boşalmamalıdır.
- İç yüzey birbirine yapışmış olmamalı, taşmayı önleyen by-pass sistemi olmalıdır.
- Ürün kapalı sistem olmalı, paket açıldıktan sonra montaj gerektirmemeli ve böylece pre-kontaminasyon ve kros- kontaminasyon riskleri ortadan kalkmış olmalıdır.
- Ürün steril tekli ambalajlarda olmalı, depolama ve taşıma esnasında ambalajlar zarar görmemelidir.
- Ambalaj üzerinde UBB barkodu, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon şekli, sahip olduğu kalite ve güvenlik belgeleri açıkça okunabilir şekilde yazılmış olmalıdır.
- Ürün depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalı, seri şekilde hatalı olan ürünler en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilmelidir.
- İstekli firmalar teklifleri ile beraber 2 adet numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesinden sonra verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi Esra BUĞDAYLI
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Lele KAYAERLIK
T.C.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6750 / Dip. Tez. No: 33307