

101.014630

TRANSPORT VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Solunum devresi seti hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Oxylog 3000 Plus Plus model transport ventilator cihazının orjinal parçası olmalıdır.
- 2- Solunum devresi seti tek kullanımlık olmalıdır ve 5li set halinde verilmelidir.
- 3- Set; 150cm hortum, ekspirasyon valfi, ölçüm hatları, akış sensörü ve çift yöne dönebilen dirsekten oluşmalıdır.
- 4- Set polietilen ve polipropilenden yapılmış olmalıdır. PVC içermemelidir.
- 5- Devre birleşim yerlerinde hava kaçağı olmamalı, yapılan kaçak testlerini geçmelidir.
- 6- Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
- 7- Ürün, EN ISO 14644-1:1999' a bağlı olarak clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.
- 8- Ürün numunesi görülmelidir

Prof.Dr.Mustafa SAPE
T.C. G.Ü. Etiler Eğitim Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diploma No: 10.000.000.000.000
Dip. Tescil No: 148193

Dr. Özgür Ünal AYAN YAVUZ
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Dip. Tesc. No: 148193