



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

İstem No/Alım No : 2023024-04-1725
Konu : 1 kalem glukozik alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarihi & Saat : 22/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 18/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bütösüne gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markalar ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakama ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazını, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veyave Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalemin /kalemler için ayrı TITUBB da /ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011210	GLUKOSTİK (DEĞİŞİK MARKALARDA)	120000	ADET

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihiss.gov.tr
Şartname Eklisi Dosyada Sunulmaktadır.

GLUKOMETRE VE GLUKOSTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Glukometre cihazı kapiller,venöz ve neonatal kanda ölçüm yapabilmelidir.
- 2-Glukometreler biosensör teknolojisini kullanan, glukoz dehidrogenaz veya glukoz oksidaz prensiplerine dayalı fotometrik yöntemle ölçüm yapabilen sistemler olmalıdır.
- 3-Cihaz ölçüm aralığı en az 20-500 mg dl olmalıdır.
- 4-Cihaz az miktarda (1-4 mikrolitre) kan ile ölçüm yapabilmelidir.
- 5-Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
- 6-Glukometre ve strip interferans etki gösteren maddelerden (glukoz olmadığı halde glukoz gibi reaksiyona giren maddeler) etkilenmemelidir.
- 7-Glukometre ve strip kullanım sırasında hataların gelişmesini önleyecek donanımda olmalıdır. Cihaz, strinin yuvasına yeterli derecede yerleştiğini görsel ve sesli olarak ikaz edebilmelidir.
- 8-Yetersiz kan alındığı durumlarda aynı stribe yeterli kan alındığında doğru sonuç vermelidir.
- 9-Striplerin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
- 10-Raf ömrü yaklaşan stripler, tüketilmeyeceği anlaşılırsa üç ay önceden firmaya haber verilerek daha uzun miadlı striplerle değiştirilmelidir.
- 11-Glukometre cihazı 10-40°C arasındaki ortam ısılarında doğru sonuç verebilmelidir.
- 12-Glukometre cihazı elektromanyetik özellik gösteren aletlerden etkilenmemelidir.
- 13-Cihazların analitik performansları, CLSI gibi rehberlerde önerilen şekilde, en az kesinlik, doğruluk, linearite ve referans aralığı belirlenerek incelenecektir. Analiz sonuçları uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Yeterli performansa sahip olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.
- 14-Ayrıca glukoz sonuçlarında klinik açıdan uyumsuzluk belirlendiği durumlarda, glukometre cihazlarının sonuçları laboratuvarda yer alan otoanalizör cihazlarının sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğruluk değerlendirmesi yapılacaktır. Uyumsuzluk tespit edildiği durumda firma glukometreleri değiştirecektir.
- 15- %20-60 arası hematokrit değerlerinde güvenilir ölçüm yapabilmelidir.
- 16-Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
- 17-Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir.
- 18-Cihazın şeker ölçüm süresi kısa olmalıdır.

Prof.Dr.Özlem AYDIN
T.C. G.Ü.T.F. Çağrı Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip.No:2397 Dip.T.

Prof.Dr. Mehmet Akın AYDIN
T.C. Çağrı Hastanesi
İç Hastalıkları-Endokrinoloji Öğrt. Üyesi
Dip.No: 725 Dip. Tes. No: 62873

19-Cihaz açık kaldığında otomatik kapanmalıdır.

20-Cihazın ekranı geniş ve kolay okunabilmelidir.

21- Ölçüm sırasında cihaz herhangi bir nedenle sarsıldığında ölçüm sonucu değişmemelidir.

22- Cihazların haftada 1 gün en az 2 düzey kontrol ölçümleri yapılmalı, cihaz bozulmalarında firma 24 saat içinde müdahale etmeli, tamiri mümkün değilse yeni cihaz ilgili bölüme 24 saat içinde teslim edilmelidir.

23- Cihazın pilleri gerektiği zaman firma tarafından bedelsiz karşılanacak ve değiştirilecektir.

24- Cihazın kullanımı kolay ve pratik olmalı, kullanıcı eğitimi firma tarafından yapılmalıdır.

25- Glukometrenin en az 1 yıl garantisi olmalıdır.

26- Sistem üretimden kaynaklanan hatalara karşı garantili olmalıdır.

27- Stripler 25-50-100'lük kutular içerisinde paketlenmelidir.

28- Cihazın kullanım kılavuzu Türkçe olarak cihazla birlikte hastaneye teslim edilmelidir.

29-Glukometre İhalesini kazanan firma; hastanede mevcut olan Glukometre cihazları ile uyumlu stripler için teklif etmiş ise, Glukometre cihazlarının çalışır durumda olduğunu tespitini yaparak ilgili uzman onayına sunacaktır. Hastanede bulunan Glukometre cihazlarına uyumlu olmayan stripler teklif etmiş ise, her 500 strip karşılığında 1 adet Glukometre cihazı vermelidir.

Prof.Dr.Özlem GÜLEKÇİ
G.Ü. İ.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Fizyoloji
Dip.No: 2357

Prof.Dr. Mehmet Emin EREN
T.C. Sağlık Bakanlığı
G.Ü. İ.F. Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Cerrahi Uzmanı
Dip.No: 7255 Dip. No: 62272