



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20958024-04-1744  
Konu : 1 kalem mavi kapaklı hemaguard tüp  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 22/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 19/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protokolma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınıl, silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-1 ekli edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı, tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECEKTİR.  
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J08-088285	HEMAGUARD SODYUM SİT. TÜP 2.7 ML ( MAVİ KAPAKLI)	6000	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :

Testimat :


Ek :


www.hbsk.gov.tr  
Şartname Eki Dosyasında Sunulmaktadır.

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ**  
**TIBBİ BİYOKİMYA (MERKEZ HEMATOLOJİ VE HEMOSTAZ) LABORATUVARI**  
**SODYUM SİTRATLI KAN ALMA TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Bu şartname 14 maddeden oluşmakta olup hemoguard kapaklı, SODYUMSİTRAT'lı kan alma tüpünü tanımlamaktadır.**

- 1- Tüpler en az 2,7 ml kan alma hacimli olacaktır.
- 2- Tüpler PET (polietilentetraphalat) malzemeden yapılmış 13x75 mm plastik olmalıdır.
- 3- Tüplerin içi steril olmalı ve tüpün üzerinde belirtilmeli.
- 4- Tüplerin içinde %3,2 sodiumcitrate olacaktır.
- 5- Tüplerin alt ucu kapalı yarım küre biçiminde olmalı düz olmamalıdır.
- 6- Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre "mavi" renkte olmalıdır.
- 7- Tüplerin üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
- 8- Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ürün adı, dolun hacmi, (ml cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
- 9- Kan alma seviyesi tüp üzerinde işaretli olmalıdır.
- 10- Hemoguard kapak üzerinde sert plastikten yapılmış bir kapak daha yer almalıdır. Bu kapak iğnenin girebileceği, geri atmayacağı sertlikte olmalı ve cihaz problemleriyle uyumlu olmalıdır.
- 11- Tüplerin kapakları rutin kullanım sırasında kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
- 12- Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı göstercek şekilde olmalıdır.
- 13- En az 50 tüp numunesi kan alma kolaylığı ve cihaz uyumluluğu açılarından denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 14- Tüplerle birlikte, aynı markada, Heparin tedavisi gören hastalarda kullanılmak üzere, PET veya Cam malzemeden yapılmış, 100 adet, "%3,2 sitrat tamponlu, Teofilin, Adenozin ve Dİpidamol" içeren tüpler ücretsiz olarak verilecektir.

  
Prof. Dr. Zülre KAYA  
Merkez Hematoloji ve Hemostaz  
Laboratuvar Sorumlusu

  
Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR  
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar  
Sorumlusu  
Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Biyokimya  
Dip.No:2307 Dip.Tes.No:50304