



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 16/09/2020
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 16/09/2020 12:40:00

Malzeme Kodu : J01-014630
Malzeme Adı : AN1310 TRANSPORT RESPIRATÖR DEVRESİ.

TRANSPORT VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Solunum devresi seti hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Oxylog 3000 marka transport ventilator cihazıyla uyumlu olmalıdır.
- 2-Solunum devresi seti tek kullanımlık olmalıdır ve 5li set halinde verilmelidir.
- 3-Set; 150cm hortum, ekspirasyon valfi, ölçüm hatları, akış sensörü ve çift yöne dönebilen dirsekten oluşmalıdır.
- 4-Set polietilen ve polipropilenden yapılmış olmalıdır. PVC içermemelidir.
- 5-Devre birleşim yerlerinde hava kaçağı olmamalı, yapılan kaçak testlerini geçmelidir.
- 6-Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
- 7-Set, en az 100.000 class clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.
- 8-Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Lale KARABIYIK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 152580/124316

HAZIRLAYANLAR

Uzm. Dr. Emine ÜNAL CERAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. M: st.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Yoğun Bakım BD.
Dip. Tes. No: 152580/124316

ONAYLAYAN