

TANSİYON ALETİ KOL BEZİ (ERİŞKİN BOY)TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Kol bezi dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapmayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 2- Kol bezi yetişkin hastalarda kullanılabilecek şekilde 45 cm uzunluğunda 15 cm genişliğinde olmalıdır.
- 3- Kol bezi arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
- 4- Kol bezi yapışkanlı (cırt cırtlı) olmalıdır.
- 5- Kol bezinin kalite kontrolü yapılmış tarafımıza çalışır şekilde sunulacağını ve arızalı çıkması durumunda değişimi için firma taahhütname vermelidir.
- 6- Manşonlar silinebilir özellikte olmalıdır.
- 7- Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır. Numuneler geri iade edilmeyecektir.

Murat DOĞAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Etilim Uzmanı



Kaan KÖK
Kaan Kök