

Hasta Yıkama arşafı Teknik Şartnamesi

J01-01E735

- 1.Ürün tek kullanımlık triplex kumaş olmalıdır. En az 60 gr/m2 olmalıdır.
- 2.Kumaş sıvı geçirmemeli ve sağlam olmalıdır.
- 3.Kolay yırtılmayan dayanıklı, sağlam kumaş olmalıdır. Ortalama 80 kg lık hastada dayanıklılık testini geçmelidir.
- 4.Bütün hasta yataklarında kullanabilmesine olanak sağlayan kenar bantları olmalıdır. Kenar bantları yapışkanlık özelliği açısından sağlam olmalıdır.
- 5.Yıkama suyunun tahliyesi için su gideri olmalıdır. Su giderinin hortumu geniş olmalıdır.
- 6.Ürün tekli paketlenmiş olmalıdır.
- 7.Ürünün barkot numarası paketinde belirlenmelidir.
- 8.Ürünün üzerinde patent numarası belirlenmelidir.
- 9.Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.
- 12.Malzeme teslim edildiğinde 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. Son kullanım süresinin dolmasına 4 ay kala malzeme yenisiyle 15 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.

