



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41975  
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-010537 /

MALZEME ADI : DENTAL ENJEKTÖR 2 CC.

ENJEKTÖR DENTAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enjektör iğnesi 0.40x50 mm' lik (27G) gnl dental iğne olmalıdır.
2. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
3. Her çeşit iğne ucuna, katetere, stopcak v.b.malzemelerle kullanıldığında ajutajı uymalı, özellikle ajutajı perfüzörlere ve çam ağacına uyumlu olmalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı
4. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı cc ve dizyem çizgisi 0'dan başlamalı
5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında silinmemeli
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli. Kenarlarından çatlak olmamalı, sıvı kaçırmamalı,
7. Pistonu ileri veya geri çekerken elle tutulan piston kısmı içe doğru inceleyerek kavramayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olmalı, parmakla tutulan kısım ciltte tahrişe neden olmayacak şekilde pürüzsüz olmalı
8. Küçük çaplı enjektörlerde piston ucu mikro doz kaybını azaltacak şekilde dizayn edilmiş olmalı
9. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
10. Steril-tekli paketlerde olmalı, ambataj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı
11. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı
12. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı
13. Teklif veren firmalar teklif ettikleri her kalem için en az 10 adet numune bırakmak zorundadırlar.

HAZIRLAYANLAR

Hatice Terken Kerpely  
Y.

ONAYLAYAN