



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0

Döküm Tarihi : 17/07/2020 15:14:00

İstem Tarihi : 17/07/2020

Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-010617

OR1770 SET POMPA STANDART İNFÜZYON (ÜÇLÜ)

VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA SETİ(STANDART) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sette, 15 micron filtre bulunmalıdır.
2. Setin, pompa hız ayar bölümü infüzyon sırasında setin yapışmasını engellemek üzere silikondan imal olmalıdır.
3. Setin ucu, luer lock bağlantılı olmalıdır.
4. Set uzatması üzerinde, cihaz içine yerleşen ve kontrolsüz akışı engelleyen mandal olmalı ve set cihazdan çıkarılır çıkarılmaz, mandal otomatik olarak kapanmalıdır.
5. Sette bakteri girişini önleyen kapaklı hava girişi olmalıdır.
6. Sette kullanıcı yaralanmalarını engellemek için; işlem bitiminde setin sivri uç kısmının gireceği bölme olmalıdır.
7. Set en az 250 cm olmalıdır.
8. Setler ile birlikte verilecek pompa ;
 - a - Maximum 1.5 kg ağırlığında olmalı, peristaltik prensiple çalışmalıdır.
 - b- Manuel ve otomatik bolus verme özelliği olmalıdır.
 - c- Türkçe menülü olmalıdır.
 - d- Doz hızı hesabı yapabilmelidir.
- e- Pompa İntravenöz ,enteral ve kan verme uygulamaları içinde kullanılabilir.
- f- Pompa üzerinde bir diğerine bağlantıyı sağlayan kaydırma kızağı olmalıdır.
 - g- Pompa PCA olarak da kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 - h- Pompa TCI yüklemesine uygun olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 10- Cihaz ve setlerin TITUBB belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.
- 11- Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firmalar tarafından en az 1 numune getirilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Ayşe AKÇEK
KVÇYK Temsilcisi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Ali İzzet ÖZER
Kıyap Dairesi Başkanı
Dip. Tesc. No: 9783/00-197

Veri Haz. ve Kont.İşl. Firdes ALTOK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi