

DELİKLİ ÖRTÜ (75cm X 75cm)

1. Örtü kumaşı 75cm X 75cm ebatlarında olup, iki katlı kumaştan yapılmış ve üst katı sıvı emici spunbond non-woven kumaştan, alt katı sıvı geçirmeyen polietilen malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
2. Örtünün orta kısmında 10± cm çapında bir operasyon deliği bulunmalıdır ve delik etrafı medikal bant ile çevirili olmalıdır.
3. Örtü orijinal steril ambalajında olup EO sistemi ile steril edilmiş olmalıdır.
4. Ürün etiketinde imalat, son kullanma tarihi, Lot Numarası, Üretici firma bilgileri ve ÜTS kodu bulunmalıdır.
5. Firma ürün ile ilgili kataloğu ve numunesini teklifle birlikte teslim edecektir.
6. Ürün numuneleri hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından denenerek kullanıcı görüşü alınarak değerlendirilecektir.
7. Örtüler teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadı olmalıdır.
8. Teklif verilen numune ile teslim edilen ürün birebir aynı olmalıdır.

14.08.2020

Dr. Öğr. Üyesi Pınar AYDIN KURBAN
Gazi Univ. Tıp Fak. Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Dip. Tescil No: 152555

U. Doç. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi
Dip. No: 2973 / Tıp. Tes. No: 93792