



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 20/10/2020
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 20/10/2020 09:14:00

Malzeme Kodu : TM7446
Malzeme Adı : HASTABAŞI MONİTÖRÜ TAMIRI

HASTABAŞI MONİTÖR TAMIRI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Acil Servis Ünitesinde kullanılan Philips marka MX450 model hastabaşı monitörü arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir, 1 yıl parça garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

ÜÇÜ ÖZEL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Birimi

Gazi Univ. Sağlık Uyg. ve Araşt. Merkt.
Biyomedikal Birimi
Bayram ATAĞLI

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi