



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10966
İstem Tarihi : 13/01/2021
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 13/01/2021 13:47:00

Malzeme Kodu : TM7446
Malzeme Adı : HASTABAŞI MONİTÖRÜ TAMİRİ

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde kullanılan Carescope marka B450 model hastabaşı monitörü arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Anestezi Yoğun Bakım ünitesine teslim edecektir.
6. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
7. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Anestezi Yoğun Bakım ünitesine çalışır durumda teslim edilecektir.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Gökhan ÖZASLAN Teknisyen</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	-------------------------

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi