

ISI VE NEM ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR.
- 2 CİHAZ LCD EKLAN OLMALIDIR.
- 3 SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -20C + 50 C OLMALIDIR.
- 4 SICAKLIK HASSASİYETİ (+ /- 0,1 C ) OLMALI
- 5 NEM ÖLÇÜM ARALIĞI %20 - %70 OLMALIDIR.
- 6 NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ % 1 OLMALIDIR.
- 7 ISI VE NEM İÇİN AYRI MAX / MİN ALARM ARALIĞI OLMALI SAAT FONKSİYONU OLMALIDIR.
- 8 GÜÇ KAYNAĞI 1 X 1,5 V (AAA) PİLLERLE ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.
- 9 CİHAZIN TEPKİ SÜRESİ 10 SN OLMALIDIR.
- 10 CİHAZ DUVARA ASILABİLMELİDİR VE MASA ÜSTÜNDE AYAKLARI VASITASI İLE KOLAYCA KULLANILABİLİR OLMALIDIR. BUZDOLABI ISI ÖLÇER OLARAKDA KULLANILABİLMELİDİR.
- 11 CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

Dr. Saadet KURUOZ  
[Signature]

KAĞARLI  
M. H. ÖZDEMİR  
D. H. ÖZDEMİR  
D. H. ÖZDEMİR  
No: 3009