

J01-01E061 ASTRONOT TİP CERRAHİ BONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Non-weoven spunbond materyalden yapılmalıdır.
2. Anti alerjik olmalıdır.
3. Hava geçirgen özellikte olmalıdır.
4. Astronot bone materyali 30 gr/m² kumaştan olmalıdır.
5. Overlok dikişli olmalıdır.
6. Bağcıkları boyundan bağlayacak kadar uzun olmalıdır.
7. Üretici firmanın, ISO 90001:REV Kalite Sistem Belgesi olmalıdır.
8. Üretici firmanın, ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgesi olmalıdır.
9. "TSEK" Belgesine olmalıdır.
10. "CE" Belgesi olmalıdır.
11. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

1
1
Firma Adı:
T.C. G.D.T.F. Genel Hastaneler
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
E-Posta Adresi:
E-Posta No: 4534

Ebru GÜMÜŞKARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu