



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 11036  
İstem Tarihi : 21/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 21/01/2021 08:27:00

Malzeme Kodu : J06-065412  
Malzeme Adı : TANSİYON MANŞON HORTUMU.

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON HORTUMU VE MANŞON ALIM  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilecek tansiyon hortumu ve manşonu Hwatime marka XM750 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
2. Tansiyon hortumu yetişkin hasta manşonu ile beraber takım olacaktır.
3. Tansiyon hortumu uzunluğu en az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ( $\pm\%10$ ).
4. Tansiyon kol bezi yetişkin hastalarda kullanılmak üzere kol bezinin uzunluğu 50cm ile 51cm arası, kol bezi eni ise 14cm ile 15cm arası olacaktır.
5. Tansiyon kol bezinin iç manşonunun hortum uzunluğu 25cm ile 30cm arası olacaktır.
6. Tansiyon manşonunun dış kılıfı temizlenebilir özellikte olacaktır.
7. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olacaktır.
8. Anti alerjik olacaktır.
9. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
10. İç manşonla beraber olacaktır.
11. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
12. Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
13. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. İstekliler tarafından teklif edilen tansiyon hortumu ve manşonuna ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte

HAZIRLAYANLAR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Gökhan ÖZGEN  
Tarih: 21/01/2021

Murat SOLMAZ  
Gazi Üniversitesi  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

ONAYLAYAN

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

15. İstekliler tarafından teklif edilen tansiyon hortumu ve manşonu ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
16. Yüklenici tansiyon hortumu ve manşonu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
17. Yüklenici tansiyon hortumu ve manşonu sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 18.

<p style="text-align: center;"><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Gökhan OZAN Teknik Personel</p> <p style="text-align: right;">Murat SOLMAZ Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Birimi</p>	<p style="text-align: center;"><b>ONAYLAYAN</b></p>
--	---

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 11036  
İstem Tarihi : 21/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 21/01/2021 08:27:00

Malzeme Kodu : J06-067818  
Malzeme Adı : SPO2 SATÜRASYON PROBU VE ARA KABLOSU (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN)

HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU  
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu Hwatime marka XM750 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2) Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 3) En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ( $\pm\%10$ ).
- 4) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 5) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 6) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8) Teslim edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu orijinali veya muadili olacaktır.
- 9) Yüklenici saturasyon probunun ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucunun orijinal veya muadili olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10) Saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 11) Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu üretim hatasına karşı garantili olacaktır.
- 12) Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Gökhan ÖZALP Teknik Servis</p>	<p>Murat SOLMAZ Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikleri</p>

Teknik Personel Taahhüt YILDIRIM  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Gökhan ÖZANLAN Tel: 0312 222 22 22</p> <p>Murat SOLMAZ Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Birimi</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
--	-------------------------

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 11036  
İstem Tarihi : 21/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 21/01/2021 08:27:00

Malzeme Kodu : J06-064464  
Malzeme Adı : EKG KABLOSU 5'LI.

HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek EKG kablosu Hwatime marka XM750 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2- EKG kablosu timsah ağızlı, 5 leadli olacaktır.
- 3- En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ( $\pm\%10$ ).
- 4- Teslim edilecek EKG kablosu orijinal veya muadili olacaktır.
- 5- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 6- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8- İstekliler tarafından teklif edilen EKG kablosuna ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
- 9- İstekliler tarafından teklif edilen EKG kablosu ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
- 10- Yüklenici EKG kablosunu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 11- Yüklenici tarafından teslim edilen EKG kablosu 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
- 12- Yüklenici EKG kablosunun sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

<p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Gökhan ÖZASLAN</p> <p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Murat SOLMAZ Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikleri</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
--	-------------------------