



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10981
İstem Tarihi : 14/01/2021
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 14/01/2021 14:27:00

Malzeme Kodu : J06-063658
Malzeme Adı : DEFİBRİLATÖR BATARYASI.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYA ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek batarya Philips marka DFM-100 model defibrilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- 14.8V 5.0Ah ve 74Wh özelliğinde olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Teslim edilecek defibrilatör cihazı bataryası orijinal olacaktır.
- 7- Yüklenici defibrilatör cihazı bataryası depoya teslim edilmeden önce, defibrilatör cihazı bataryasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 8- Defibrilatör cihazı bataryası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

<p>GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Gökhan ÖZASLAN Teknisyen</p> <p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Murat SOLMAZ Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Merkezi</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	-------------------------

Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

9- Üretim tarihinden itibaren 6 ay geçmemiş olacaktır.

10- Yüklenici bataryayı sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde depoya teslim etmiş olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyeni

Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

ONAYLAYAN

Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi