



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ



İstem No : 11008  
İstem Tarihi : 18/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 18/01/2021 09:39:00

**Malzeme Kodu** : J06-063615  
**Malzeme Adı** : BATARYA (LARİNGOSKOP CİHAZI İÇİN)

McGRATH MARKA VIDEO ENTÜBASYON LARENGOSKOBU BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathane Anestezi Ünitesinde kullanılan marka modeli belirtilmiş cihaza uyumlu olacaktır.
2. Orijinal ürün olacaktır.
3. Batarya 3,6 V olacaktır.
4. Batarya şarj olacaktır.
5. 10 Adet batarya olacaktır.
6. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım / Onarım atölyesine getirecektir.
7. Telif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
8. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

 Burak KOÇAK Abdullah Emin ÖSTÖN	<b>HAZIRLAYANLAR</b>	 Fatih AKBAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	<b>ONAYLAYAN</b>
---	----------------------	---	------------------