

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ**  
**TIBBİ BİYOKİMYA (MERKEZ HEMATOLOJİ VE HEMOSTAZ) LABORATUVARI**  
**KOLLAGEN ADP VE KOLLAGEN EPİNEPHRİNE KİTİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Bu şartname 9 ana maddeden oluşmakta olup Kollagen ADP ve Kollagen Epinephrine kitini tanımlamaktadır.**

1. Kit kullanımı devam ettiği sürece aşağıda özellikleri yazılı 1 (bir) adet cihaz ücretsiz olarak verilecektir. Cihaz, sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde laboratuvarımıza kurularak, eksiksiz işler hale getirilecek, sözleşme süresince ve bitiminden sonra yeni ihale yapılmıyaya kadar laboratuvarımızda çalışacaktır.
2. Cihaz ve kitlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge sunulacaktır.
3. Cihaz, Collagen Epinephrine ve bu testin doğrulaması için Collagen ADP testlerini saniye cinsinden ölçebilecek ve anormal sonuçları yazılı olarak raporlayabilecek özellikte olacaktır.
4. Cihaz, en az 2 okuma kanalına sahip olacak ve bu kanallarda birbirinden bağımsız olarak farklı örnekleri ve testleri ölçebilecek özellikte olacaktır.
5. Cihaz üzerinde fonksiyon tuşları bulunacaktır. Test sonuçları hem yazıcıdan raporlanabilecek hem de ekrandan gözlemlenebilecek özellikte olacaktır. Cihaza istenildiğinde barkod okuyucusu takılabilmelidir.
6. Cihazın rutin kullanımda gerekli olabilecek sarf malzemeleri (kağıt, printer kartuşu, yıkama solüsyonu, vb.) kit kullanımı devam ettiği sürece ücretsiz olarak verilecektir.
7. Cihaz, en az 20 hasta sonucunu hafızasında saklayabilmelidir.
8. Cihaz reaksiyonları 37 derecede inkübe ederek gerçekleştirebilmeli ve inkübasyon süresi 3 dak. olmalıdır.
9. Cihazın rutin bakım ve kalibrasyonları firmanın sorumluluğunda olacaktır.

Prof. Dr. Zühre KAYA  
Merkez Hematoloji ve Hemostaz  
Laboratuvarı Sorumlusu

Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR  
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar  
Sorumlusu