



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2382025-02-289  
Konu : DS Merkez Ambar Stoku için 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku  
Son Teslim Tarihi & Saat : 12/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 10/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamını okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzümde kazını, silini, düzeltilme bulunmaması.
- 6- Ad ,soyad veya ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceks FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin , idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Usulsi Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB'da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedavikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedavikçi veya bayi olduklarını gösteren , Usulsi Bilgi Bankası' internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULÜNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesalimna@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-070104	OR1380 ASPİRASYON KATEİTERİ (SONDA) VAKUM KONTROLLÜ NO:8	800	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
EK :  
www.hisis.gazi.edu.tr  
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.

## ASPIRASYON SONDASI VAKUMLU NO:6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sonda şeffaf ve tıbbi PVC den yapılmış olmalı, bükülmeli ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
- 2- Konektör kısmı renkli PVC den yapılmış olmalıdır.
- 3- Sonda ucu açık ve 45 derece açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.
- 4- Sondalar 6 French ölçülerinde olmalıdır.
- 5- Sondanın uzunluğu 6 Fr numarada konektörden itibaren 40 cm (+/-1) olmalı.
- 6- Sondanın uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen 2 yan deliği bulunmalıdır.
- 7- Sondanın uç kısmı yuvarlatılmış, esnek ve travmatik olmalı ve paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.
- 8- Konektör Female olmalıdır.
- 9- Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.
- 10- Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
- 11- Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 12- Paketler üzerinde son kullanma ve sterilizasyon tarihi belirtilmiş olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıl olmalıdır.
- 13- Kateter endotrakeal tüp ve airway içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.

Mehtap R. CEPOĞLU  
Göğüs Hastanesi  
Göğüs Hastalıkları Servisi  
Uzman Hemşiresi

Sercan DEMİR  
[Signature]