



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 206/2024-03-1405

Konu : 2 kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : Laboratuvar Deposu / Dahiliye Endoskopi Laboratuvar Stoku

Son Teslim Tarih & Saat : 28/03/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 25/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına iliyte duyurulmuştur. Proforma fiyatların aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Sain Alına Bütösuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamı ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınılı, silinili, düzeltilme bulunmaması.
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyecektse FAKS mesajının bir ançıkına ile gönderilmesi .
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarilerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veya/ya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarih itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılma her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' de/ UTS'ye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

**ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUYAVENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hasanesalimna@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-011399	GS1070 SKLEROTERAPİ İĞNESİ (KOLONOSKOPİK)	100	ADET
2	S-012314	GS1130-GS1200 ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SVARE KATETERİ	100	ADET

1405
Mehmet ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon

Teslimat :


EK

www.ihale.gov.tr
Şifreleme Etili Devredile Sunulmaktadır

1

Skleroterapi/İnjesiyon İğnesi SUT KODU:GS1070

- 1.Endoskopik varis kanama tedavisinde ve injeksiyon tedavilerinde kullanılmaya uygun olmalıdır
- 2.İğnesi 23G ve 4mm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Çalışma uzunluğu en az 230 cm. olmalıdır.
- 4.Kateter dış çapı 2.8 mm. endoskoplara kullanıma uygun olmalıdır.
- 5.Gövde kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 6.İğne çıkışı kontrollü olmalıdır. Uçtan aşırı çıkışı engelleyecek mekanizma bulunmalıdır. Kateter endoskop içinde kıvrılmış pozisyonlardayknde iğne rahatça çıkabilmelidir.
- 7.Son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.Teklif veren firmaların ürünleri nümune üzerinden değerlendirilecektir. Ürün seçildiğinde teslim edilecek ürünler numunelerle birebir aynı ürün olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet CINDORUK
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip.No:4216

Prof.Dr. Mehmet CINDORUK
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip.No:4216

(2)

POLİBEKTOMİ SNARE (GS1130)

1. Gastrointestinal sistemde, terapötik endoskopik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Gastrointestinal kanalda poliplerin çıkarılabilmesi amacıyla endoskopik polipektomi işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.
3. Halka kısmı oval olmalı, halka genişliği 10-13 mm, 25-27 ve 30 mm ve uzunluğu en az 230 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Oval yapıda olmalıdır
5. Ürün gastroentestinal sistem içinde bulunan polip dokuların çıkartılmasına yardımcı olmalıdır.
6. Kateter katlanmaya ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
7. Teklif veren firmaların ürünleri nümune üzerinden değerlendirilecektir. Ürün seçildiğinde teslim edilecek ürünler numunelerle birebir aynı ürün olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 4216

Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 4216