



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 207/3024-03-1519  
Konu : 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Servis Depoları /Kök Hücre Ayırma Saklama Stajüğü  
Son Teslim Tarih & Saat : 02/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 29/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikler belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Protorma talurının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Burosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınılı, silinli, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idaremin kesin siparişine, müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİÜBB'de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, imza, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEÇEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEÇEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hasanesalinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikolu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010961	H01000 FOTOFERREZ SETİ.	33	ADET

Memiş COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

1519

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
[www.hissis.ezati.edu.tr](http://www.hissis.ezati.edu.tr)  
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 25/03/2024  
Bölüm Adı : Kök Hücre Ayırma Saklama Stoğu

Döküm Tarihi : 25/03/2024 08:11:00

Malzeme Kodu : J01-010951  
Malzeme Adı : HO1000 FOTOFEREZ SETİ.

**İŞİNLAMA TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-İlluminasyon torbası kan hücrelerinin ultraviyole tedavisi için özel yapıda üretilmiş olmalıdır.
- 2-İlluminasyon torbası EVA (ethyl vinyl acetate) yapıda olmalıdır.
- 3-Torbanın maksimum kapasitesi 3000 ml olmalıdır.
- 4-Torba üzerinde 1 adet spike, 1adet enjeksiyon girişi ve 1 adet örnek alma girişi olmalıdır.
- 5-Torba steril ve pyrogen free olmalıdır.
- 7-Torba tek tek steril paketlerde olmalıdır.
- 8-Torba CE belgeli olmalı ve ÜTS kaydı tamamlanmış olmalıdır.
- 9-Cihazda kullanılacak setler kesinlikle setleme ve prime işlemi gerektirmemelidir.

**İŞİNLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Cihazın torbayı alttan ve üstten ışınlayacak şekilde iki adet UVA lamba kartuş seti olmalıdır. Her kartuşta 3 UVA lamba, toplamda 6 UVA lamba olmalıdır. Kartuşların ömrü 1 yıl olmalı ve her bir yılda kartuşlar firma tarafından değiştirilmelidir. Kartuş ömrü bittiğinde cihaz ekranında uyarı vermelidir.
- 2-Cihaz ultraviyole ışınlama işlemini çalkalamalı tepsisi ile tamamen bilgisayar kontrolü ile yapmalıdır. Her 1cm<sup>2</sup>'ye eşit miktarda enerji ışınladığını bu tepsi üzerindeki sensörler yardımı ile ölçmeli ve işlem sonunda raporlamalıdır. Ürüne

**HAZIRLAYANLAR**

Gazi Üni.Arş. ve Uyg.Hastanesi  
Kök Hücre Ayırma Saklama  
Hatice YALDIZ

Hemşire Hatice YALDIZ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

**ONAYLAYAN**

Prof. Dr. Zübeyde Nur ÖZKURT  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Kök Hücre Ayırma ve Saklama  
No: 11553 Dış. Tes. No: 4

verilecek jule deęeri ayrıca isteęe gre de manuel olarak ayarlanabilmelidir.

3-Cihaz, ierisindeki sensrler sayesinde rn yoęunluęunu lp, ıřınlama sresini otomatik olarak kendi belirleyip iřlemi gerekleřtirmelidir. rn miktarı ve hematokrit deęeri girmeye gerek olmamalıdır.

4-Gerek iřlem esnasında gerekse iřlem bitiminde, rne uygulanan ıřının řiddeti, verilen enerji, zaman, sıcaklık ekranda grlebilmeli ve hasta bilgilerinin dosyalanabilmesi iin cihaza baęlı yazıcı sayesinde ıktısı alınabilmelidir. Sz konusu bilgiler cihaz hafızasında depolanmalı ve gerektięinde ileri bir tarihte de kullanılabilmelidir.

5-Cihaza baęlı barkod okuyucu bulunmalı ve rn torbası cihaza yerleřtirilmeden nce torba zerindeki barkod okutularak cihaza yerleřtirilmelidir.

6-Cihaza baęlı barkod yazıcı cihazı olmalı ve iřlem bitiminde hasta ve iřlem bilgilerinin yer aldıęı barkod ıktısı alınarak iřlem torbasına yapıřtırılabilmelidir.

8-Cihaz zerinde dokunmatik LCD ekran olmalı ve LCD ekran zerinden tm iřlemler dokunmatik olarak yapılabilirmelidir.

9-Ekran zerinden iřlem esnasındaki tm deęerler grlebilmelidir.

10-Cihaz Trke menye sahip olmalıdır.



12-Cihaz CE belgeli olmalı ve TS kaydı tamamlanmıř olmalıdır.

13-Cihazda bir problem olduęu takdirde ihaleyi alan firma 24 saat iinde mdahale etmeli eęer sorun 24 saat ierisinde gzlemez ise firma cihazı yenisi ile deęiřtirmelidir.

14-Teklif edilen cihaz ve ıřınlama torbası aynı marka olmalıdır.

15-Hasta ve kullanıcı gvenlięi aısından cihaz UVA ıřınlama iřlemini korumalı olarak yapmalıdır. Cihaz alıřırken UVA ıřınları kesinlikle cihaz dıřına ıkmamalıdır. Bu sayede hasta ve kullanıcı kesinlikle UVA ıřınlarına maruz kalmamalıdır.

16-ıřınlama sresi her iřlemde 15 dakikayı gememelidir.

<p style="text-align: center;"><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Gazi ni.Arř. ve Uyg.Hastanesi Kk Hcre Ayırma Saklama Hatice YALDIZ</p> 	<p style="text-align: center;"><b>ONAYLAYAN</b></p> <p>Prof. Dr. Zbeyde Nur ZKURT T.C. Gazi niversitesi Gazi Hastanesi i Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dip. Tes. No: 90</p> 
--	---

Hemřire Hatice YALDIZ  
Gazi niversitesi Saęlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi