



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 207/2024-03-1520
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depolanı / K.H.D. Ameliyathanesi Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 02/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 29/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma taluramız aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alınma Bütrosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunmuş kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- İT (Türk Lirası) olarak fiyat veriliyor, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınılı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkan her kalemin /kalemler için ayrı ayrı TTUBB'da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedavikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedavikçi veya bayi olduklarını gösteren, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.
***HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARIL İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA: hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-012408	OP2220 SPİNAL İĞNE KİTTİ (ATRAVAMATİK) 27 G.	600	ADET

Mehmet ÇOBAN
HAŞTAYE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gov.tr
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.

PENCİL POINT UÇ ATRAVMATİK ANESTEZİ İĞNESİ KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **AMBALAJ:** Set muhteviyatı blister ambalajda, 75x90cm (± 10 cm) sıvı geçirmeyen (dublex kumaştan mamül) bohça içerisinde olmalıdır.
1. **SPİNAL İĞNE:** İğne ucu atravmatik (pencil point) olmalıdır.
Sıvı akışının en kısa sürede tespiti için kristal şeffaflığında şeffaf hup'lı olmalıdır. Renk kodlu mandren olmalıdır. İğne ile şeffaf hup bağlantısı renk kodlu olmalı, bu sayede gauge ölçüsü stiletsiz de fark edilebilmelidir. Spinal kanül 27G çapında, 90 ± 2 uzunluğunda temin edilebilmelidir.
2. **ENJEKTÖR:** Set muhteviyatında 1 adet anesteziik maddenin enjekte edilebilmesi için 5 ml. lateks içermeyen enjektör ve 2.5ml lateks içermeyen bir enjektör daha bulunmalıdır.

BLİSTER AMBALAJ İÇERİSİNDE:

3. 1 adet 20 G, 32 ± 2 mm boyunda intraducer olmalıdır.
4. 1 adet 18 G, 38 ± 2 mm boyunda metal filtreli aspirasyon kanülü olmalıdır.
5. 1 adet 65x80 cm (± 5 cm) ölçüsünde, fonksiyon bölgesi delik, yapışma özelliği olan şeffaf operasyon örtüsü bulunmalıdır.
6. 5 (Beş) adet 7,5 x 7,5 cm ölçüsünde 8(Sekiz) katlı hidrofily gazlı bez bulunmalıdır.
7. 3 adet disposable süngerli boyama pensi olmalıdır.
8. Ürün steril olup, üretim tarihi itibari ile en az 2 yıl, teslim tarihi itibari ile 1 yıl miadlı olmalıdır.
9. Bu teknik şartname muhteviyatında bahsi geçen (G) gaugelar ISO 9626 ve ISO 15811 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
10. Ürün Kullanma talimatı ve zorunlu uyarılar Türkçe olmalıdır.
11. Ürün ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet ERDEM
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 87-AA-091
Dip. Tescil No: 43712

Prof. Dr. Berim
Göncüoğlu
B. Akın