



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20230244-1667
Konu : 2 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Dahiliye Endoskopi Laboratuvar Şişi
Son Teslim Tarih & Saat : 16/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 05/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profoma formatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazınılabilir, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajına bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine, mütelaip teslim sürelerinin tekliif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya/ya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARLA İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLERİ BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M. Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01-G118	SENGSTAKEN BLAKEMORE TÜPÜ	10	ADET
2	J01-01-H-014	GST1990 KOLON BİYOPSİ FORSEPSİ (JUMBO)	50	ADET

1667
Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR VAKİ

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şirketine Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

JUMBO BİYOPSİ FORSEPSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUT KODU:GS1950

- 1- Çalışma uzunluğu 240 cm olmalıdır.
- 2- İğneli veya iğnesiz çeşitleri olmalıdır.
- 3- Çene dış çapı 2.8 mm olmalı, 7.8 mm genişliğinde açılabilmelidir.
- 4- Forseps girişini kolaylaştıracak pozisyonlandırma marker'ları bulunmalıdır.
- 5- Dış çapı 3.2 mm çalışma kanallı endoskoplara uyumlu olmalıdır.
- 6- Forseps çenesi, paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 7-Distal kaplaması çalışma kanalında kaymayı kolaylaştırıcı Endoglide materyali ile kaplı olmalıdır.
- 8-Forcepsin kaşık kısmında iki adet fenetrasyon deliği bulunmalıdır.
- 9- Ürünün "CE Belgesi" ve/veya "FDA Onayı" olmalıdır.

Endoskopi Ünitesi Sorumlu
Hemşiresi
Ayşe AKGÜN

Öğretmen Dr. Ali KARATAŞ
T.C. Sağlık Bakanlığı Karataş Hastanesi
İç Hastalıkları A.B.D. Gastroenteroloji B.D.
Diyadin. Mes. No: 145607

SENGSTAKEN BLAKMORE TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

J01-01G118

- 1-Özefagus varis kanamalarında kullanılan bu sondanın özefagus ve fundus varislerine kuvvetli basınç uygulayabilir olmalıdır.
- 2-Ürün katater uzunluğu en az 100cm olmalıdır.
- 3-Ürün radyopak özellikte olmalıdır.
- 4-Ürün 24 fr olmalıdır.
- 5-Ürün 3 valfli olmalıdır.
- 6- 3 yollu ve tampon görevi yapabilmesi için mide ve özefagusta şişecek şekilde 2 ayrı balonu olmalıdır.
- 7- İçinde şişirme enjektörü olmalıdır.

Endoskopi Ünitesi Sorumlu
Hemşiresi
Ayfer AKGÜN

Öğr. Gör. Dr. KARATAŞ
T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hastanesi
İç Hastalıkları A.D. Gastroenteroloji B. E.
Dip. Tes. No: 146607