



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alın No : 2023024-04-1699  
Konu : 1 Kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 16/04/2024 17:30:00 İlan Tarihi : 05/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fiyatlarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alına Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde Kazanılı, silinir, düzeltme bulunmamalı,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceğe FAKS mesajını bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkışları her kalem için ayrı ayrı TİUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunur gösterilmesi ve tedatkiçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla yetkili ihaleci, tedatkiçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMİYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTİLECEKTİR.  
TEKLİFTE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hasanesatilmama@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010980	QR1180 FOLEY SONDA, İKI YOLLU (SİLİKOLATEX) NO:14	500	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

1669

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.ihis.gazi.edu.tr  
Şartname Eki Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 28814  
Düzenleme Tarihi : 2022

19-20-21-22

KOD : J01-010995 /

MALZEME ADI : 300680-FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKOLATEX

FOLEY SONDA (14-16-18-20-22 F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sondalar 14-16-18-20-22 F kalınlığında olmalı ve iki yollu olmalıdır.
- 2.Balon şişirme kapasitesi 14 F için en az 30 cc , 16-18-20 ve 22 F kateterler için 50 cc olmalıdır.
- 3.Balon şişirilince kendiliğinden simetrik olarak şekillenmelidir.
- 4.Balon şişirme valfi çeşitli numaralar için renk kodlu olmalı, ürün üzerindeki numaralar kolay okunabilmeli ve balon şişirme valfi enjektör ajutajı ile adapte olmalıdır.
- 5.Uzun süreli kullanımlarda sertleşmemesi ve tahriş olmayı engellemesi için tamamıyla doğal lateksten yapılmış olmalı veya bu şartları sağlayabilecek vücuda zararlı olmayan maddeden üretilmiş olmalıdır. Silikon kaplı olması tercih sebebidir.
- 6.Ürün steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj üzerinde teknik bilgiler, son kullanma tarihi ve sterilizasyon indikatörü olmalıdır.
- 7.Malzeme depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miyadlı olmalıdır.
- 8.Teklifle beraber iki adet numune teslim edilecek ve nihai karar numunenin değerlendirilmesi sonucu verilecektir.

Ela ERYURT  
Üroloji Sorumlusu Hemşire

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

- 6 -