



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alın No : 216/2024-06-2433
Konu : 1 kalem matzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 29/05/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 24/06/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proförma faturamız aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir. Birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde Kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ikareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeveyekse FAKS mesajının bir açığıkına ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci veya bayi olduklarını gösteren , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLUACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLMELİDİR.
ÖDEMELER WAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatimma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikolu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010485	OR4220 CERRAHI ELDİVEN (STERİL) NO:7.5	30000	ADET

Memur COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

2433

Opsiyon :

Teslimat :

EK

www.ihales.gov.tr
Şarmanca Eklil Dosya da Sunulmaktadır.

J01-010485 STFRİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI no:7,5

- 1.Steril olmalı, ambalaj üzerinde belirtilmelidir. Eldivenin steril olduğuna dair test raporu olmalıdır.
- 2.Eldiven doğal lateksten imal edilmiş olmalıdır. Hipoallerjenik olmalıdır.
- 3.Ambalaj üzerinde gamma ile sterilizasyonunun yapıldığı yazılı olmalıdır. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, eldivenin özellikleri, numarasını belirten yazılar ve paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 4.Eldivenin kullanım süresi imal tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olmalıdır.
- 5.Eldivenin üzerinde AQL seviyesi belirtilmiş olmalıdır.
- 6.Eldiven uzunluğu minimum 275 mm olmalıdır. Eldiven kalınlığı, parmak ucundan minimum 0.23 mm (+/-0.02), avuç içi kalınlığı 0.21 mm (+/- 0.02), konç kalınlığı minimum 0.17 mm (+/- 0.02) olmalıdır.
- 7.Protein seviyesi, "Modified Lowry Assay" test yönetimine göre yapılmış olmalı ve 80 pg/g'dan az olmalıdır.
- 8.Birim ambalaj üzerinde referans numarası belirtilmelidir.
- 9.Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde medikal kağıttan yapılmış olmalıdır. Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalıdır.
- 10.Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ sol eldiven belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konulmamalıdır. Eldiven numarası 7,5 olarak teslim edilmelidir.
- 11.Eldiven bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır.
- 12.Paket açıldığında eldivenler yapışık, delik, yırtık olmamalı, kolay giyilebilmeli ve kullanım sırasında çabuk yırtılmamalıdır.
- 13.Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 14.İstenen her bir eldiven numarası için firmalar tarafından 10'ar adet numune (vakalarda denenmek üzere) verilmelidir. Numuneler ameliyathane tarafından değerlendirilecektir.
- 15.İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hat çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
- 16.Her ürünün üzerinde birebir barkod bulunmalıdır.
- 17.ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgesi olmalıdır.
- 18.EN455/1-2-3 standardına uygun olmalıdır.
- 19.Eldivenlerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası onayı olmalıdır.
- 20.İhaleye girebilmek için üretici veya ithalatçının YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir.

Ebru Ç. D. T. K. A. B. E. T. İ. N. İ.
Ameliyathane Ekipmanı
Sorumlusu

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ameliyathane Ekipmanı
Kalite Yönetim Sistemi
YETKİLİ SATICI BELGESİ
No: 75/2021
Tarih: 15.05.2021