



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 2262024-09-3460
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Uroloji Polikliniği Şişli
Son Teslim Tarihi & Saat : 30/09/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 26/09/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fiyatlarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-1teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazınıl, silinil, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-1-teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-1-teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-1-teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye, Kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB' da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/UTS ve kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-1-teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMİYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTİLECEKTİR.
TEKLİFLERİLE BİRLİKTE NUMUNELERİNİ GÖNDERİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :maslansalimnma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010270	QR2300 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALANI OTOMATİK TABANCAĞA UYUMLU İĞNE 18 G. 20 CM.	200	ADET

Memris COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

3460

Opsiyon :
Tedarikçi :
EK :
www.ihiss.gazi.edu.tr
Şartname Eki Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 24/09/2024
Bölüm Adı : Üroloji Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 24/09/2024 08:58:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-010270 OR2300 BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU İĞNE 18 G. 20 CM

PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi kliniğimizde kullanılan tru-cut otomatik biyopsi makinesi veya MaxiCore U tipi makineler ile uyumlu olmalıdır ya da teklife uygun biyopsi makinesi ücretsiz verilmelidir.
2. İç içe iki kanülden oluşmalı, iç kanüle 17 mm uzunluğunda parça alma haznesi bulunmalıdır.
3. İğne 18 G kalınlıkta, 20 cm uzunlukta olmalıdır.
4. Uygun şekilde steril ambalajda bulunmalı, ambalaj üzerinde ürün bilgileri, son kullanma tarihi, ürün ithal ise ithalatçı firma veya bayi adresi bulunmalıdır.
5. Ürünün en az iki yıllık son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Teklif ile birlikte bir adet numune verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Prof. Dr. Metin ONARAN Dip. Tes. No: 84227 Dip. Tes. No: 80996 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Üroloji Anabilim Dalı Hastanesi</p> <p>Doç. Dr. Serhat ÇETİN T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hast. Üroloji Anabilim Dalı Dip. Tes. No: 153879</p>	

Prof. Dr. Metin ONARAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi