



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 22/7/2024-10.3541
Konu : 2. Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Anestezi Depoları / Anestezi Stojları
Son Teslim Tarih & Saat : 08/10/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 04/10/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma taburının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir. birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınılabilir, düzeltilme durumlarının,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilecekse F.AKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi , teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi
- 8- Teklif verilen malzemenin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T.C. Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan kalemler için ayrı TTÜBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECEKTİR.

TEKLİFLER BİRLİKTE NÜMUNE GÖNDERİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hasanesalin@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Mi Kodu | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim |
|------|-------------|---|--------|-------|
| 1 | J01-01-F722 | AN1380 USC'DE GÖRÜLEBİLEN BLOK (İNESİ) 22 G. 50 MM. | 100 | ADET |
| 2 | J01-01-F298 | AN1380 USC'DE GÖRÜLEBİLEN BLOK (İNESİ) 22 G. 80 MM. | 100 | ADET |


Merlin ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD


3541

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihss.gov.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

PLEKSUS BLOKAJ KANÜLÜ 50 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içindeki kanül, görülebilir şekilde izole edilmiş olmalı ve kat sadece iğnenin dik haldeki temas bölgesinden noktasal olarak verilmelidir.
2. Ponksiyon kanülü, simülatöre uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon tüplü olmalıdır.
3. Kanülün ultrasonda görünürlülüğü çok iyi olmalı ve bu özellik ultrason eşliğinde test edilecektir.
4. Kanül oluklu kavrama aparatı ile rahat tutuş sağlamalıdır.
5. Kanül üzerinde ponksiyon derinliğini tayin için uzunluk işaretleri olmalıdır.
6. Kanül ucu 15° veya 30° bileyli kalınlığı 22 G uzunluğu 50 mm olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
8. TTFUBB belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onay olmalıdır.
9. Alımlar numune denemeyecek onay ile yapılacaktır.



Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı


Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı

PLEKSUS BLOKAJ KANÜLÜ 80 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içindeki kanül, gözle görülür şekilde izole edilmiş olmalı ve akım sadece iğnenin dik haldeki temas bölgesinden noktasal olarak verilmelidir.
2. Ponksiyon kanülü, stimulatöre uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon tüplü olmalıdır.
3. Kanülün ultrasonla görünürlüğü çok iyi olmalı ve bu özellik alınson eşliğinde test edilecektir.
4. Kanül oluklu kavrama aparatı ile rahat tutuş sağlamalıdır.
5. Kanül üzerinde ponksiyon derinliğini tayin için uzunluk işaretleri olmalıdır.
6. Kanül ucu 15° veya 20° bileyli olmalıdır.kalınlığı 22 G uzunluğu 80 mm olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içi içindeki tüm bilgiler belirtilmelidir.
8. TTTU 333 belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onay olmalıdır.
9. Alımlar numune denenerek onay ile yapılacaktır.


TEKNİK ŞARTNAME
Pleksus Blokaj Kanülü
80 mm Uzunluğunda
22 G Kalınlığında
Pleksus Blokaj Kanülü


Pleksus Blokaj Kanülü
80 mm Uzunluğunda
22 G Kalınlığında
Pleksus Blokaj Kanülü