



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2302024-1-3855  
Konu : 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 11/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 07/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelecin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protokolün fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelecin teslim süresi, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir. Jüri fiyatlarının rakamına ve yazılıya yazılması.
- 5- Üzende kazandı, silindi, düzeltilme bulundurmaması.
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyeceksin FAKS mesajının bir çıktısına ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelecin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİUBB) veya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıktılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİUBB' da UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıçı veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMİYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIÇA BELİRTİLECEKTİR.  
\*TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
\*ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
\*E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikotlu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01E612	IKN1104 MONOPOLAR DİREKT SINIR STİMLÜASYON PROBU	30	ADET

Mamış COBAN  
HAŞTANE MEDİKAL YRD

3855

## J01-01E612 SINIR MONITORIZASYONU CIHAZI MONOPOLAR STIMULASYON PROBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. Ürün daha hassas ölçüm yapabilmesi için Monopolar yapıda olmalıdır.
3. Ürün uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ürünün ucundaki ölçüm için bırakılan iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
5. Derin bölgelerde de güvenle çalışabilmesi için ürünün shaft uzunluğu en az 90mm olmalıdır.
6. Ürünün raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
7. Malzemenin orijinal barkod numarası olup, ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
8. Malzeme CE sertifikasına sahip olmalıdır.
9. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir
10. Cihaz tiroid cerrahisinde sinir stimulasyonu esnasında sinirin hasar görmesini ve sinir yorgunluğu riskini önlemek amacı ile maksimum akım en fazla 5 mA ile sınırlandırılmış olmalıdır

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu

Ameliyathane Birim  
Sorumlusu