



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 231/2024-11-3909
Konu : 7 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stajü
Son Teslim Tarihi & Saat : 15/11/2024 17:30:00 İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması.
- 5-Uzeminde kazınılı silinli düzeltilme bulunmaması.
- 6-Açık soyağ veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi .
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifle yer alacaktır.
ÜBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTÜBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye, kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTÜBB'de ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTÜBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıçı veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :maslensal@gaazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Miktar | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim |
|------|-------------|--|--------|-------|
| 1 | J01-01-F078 | LARGE NEEDLE DRIVER SÜTÜR KESİCİ (ROBOTİK CERRAHI) | 3 | ADET |
| 2 | J01-01-F067 | PROGRASP FORCEPS (ROBOTİK CERRAHI) | 3 | ADET |
| 3 | J01-01-E465 | CANNULA SEAL 3 MM (ROBOTİK CERRAHI) | 10 | ADET |
| 4 | J01-01-F064 | MONOPOLAR CURVED MAKAS (ROBOTİK CERRAHI) | 3 | ADET |
| 5 | J01-01-F060 | FENESTRATED BİPOLAR FORCEPS (ROBOTİK CERRAHI) | 1 | ADET |
| 6 | J01-01-F074 | VESSEL SEALER (ROBOTİK CERRAHI) | 1 | ADET |
| 7 | J01-01-F350 | HARMONİK ACE EGİR KESİCİ (ROBOTİK CERRAHI) | 3 | ADET |

Memis COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekit Dosyasında Sunulmaktadır.

J01-01F078 (471006) LARGE NEEDLE DRIVER


1. Malzeme da Vinci X ve da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 30 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 0,9 cm ile 1,1 cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 31 cm ile 32 cm arasında olmalıdır.
6. Enstrüman 8 mm olmalıdır.
7. Malzeme 15 ameliyatta kullanılabilirdir.
8. ÜTS kaydı olmalıdır.



Ebru GÜMÜŞKABAYELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F067 (471093) PROGRASP FORCEPS

1. Malzeme da Vinci X ve da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 38 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 2,7cm ile 3,1cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 32cm ile 35cm arasında olmalıdır.
6. Enstrüman 8 mm olmalıdır.
7. Malzeme en az 18 ameliyatta kullanılabilmelidir.
8. ÜTS kaydı olmalıdır.



Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Sorumlusu

J01-01E465 Instrument Cannula 8 mm 420002


1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci Sİ HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kanül ölçüleri en az 12.7x12.7x 30.48 cm olmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Remote Center'ı gösteren siyah şerit olmalıdır.
4. Trokar robota takıldığında robot tarafından otomatik tanınabilme özelliği olmalıdır.



Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F064 (470179) MONOPOLAR CURVED SCISSORS (HOT SHEARS)

1. Malzeme da Vinci X ve da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 38 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 1,2cm ila 1,4cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 30cm ile 33cm arasında olmalıdır.
6. Enstrüman 8 mm olmalıdır.
7. Malzeme en az 10 ameliyatta kullanılabilirdir.
8. ÜTS kaydı olmalıdır.



Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F060 471205 FENESTRATED BİPOLAR FORCEPS

1. Enstrüman da Vinci X ve da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 45 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 2cm ile 2,2cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 32 cm ile 34 cm arasında olmalıdır.
6. Enstrüman 8 mm olmalıdır.
7. Enstrüman 14 ameliyatta kullanılabilirdir.
8. ÜTS kaydı olmalıdır.





Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F074 (480422) VESSEL SEALER EXTEND

1. Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 40 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 2cm ile 2,1cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 32cm ile 33cm arasında olmalıdır.
6. Çene uç kısımları diseksiyona uygun ve tutucu özellikte olmalıdır.
7. Enstrüman 7 mm'ye kadar olan damarları mühürleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
9. Enstrüman tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
10. ÜTS kaydı olmalıdır.




Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu



J01-01F350 (480275) HARMONİC ACE CURVED SHEARS

1. Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Çenelerin her birinin uzunluğu 2,1 cm ila 2,3 cm arasında olmalıdır.
3. Enstrümanın çalışma uzunluğu 26 cm ila 27 cm arasında olmalıdır.
4. Enstrüman çapı 8 mm olmalıdır.
5. Enstrüman tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
6. ÜTS kaydı olmalıdır.



Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim Sorumlusu