



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23/4-2024-11-3933
Konu : 1 kalem makzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S Merkez Ambar Deposu / D.S Merkez Ambar Stoku
Son Teslim Tarih & Saat : 18/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 15/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ilinliğ duyurulmuştur. Protokolün talimatları aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası ,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınılılmı, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin , idarelerin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıtlı teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde almış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr


İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	10000	ADET

İhtiyaç Listesi
HASTANE MÜDÜR YRD

2933

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.ihisiz.kazali.edu.tr
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1

Döküm Tarihi : 14/11/2024 10:51:00

İstem Tarihi : 14/11/2024

Bölüm Adı : Postanestezi Yoğun Bakım Ünitesi

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-010115

OR1370 ASPİRASYON KATETERİ (SONDA) NO: 16

(J01-010105)ASPİRASYON SONDA NO: 16 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sonda şeffaf ve PVC' den yapılmış olmalı, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
2. Konnektör renkli PVC den yapılmış ve female olmalıdır.
3. Sondanın ucu açık ve 45 derece açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.
4. Sonda 16 FR ölçülerinde olmalı, uzunluğu konektörden itibaren 50-52 cm (+/-1) olmalıdır.
5. Sondanın uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen 2 yan deliği bulunmalıdır.
6. Sondanın uç kısmı yuvarlatılmış, esnek ve travmatik olmalı ve paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.
7. Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
8. Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
9. Paket üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalı raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
10. Kateter endotrakeal tüp ve airway içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.
11. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE marka onayı olmalıdır.
12. Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalı, her bir malzeme ambalajında UBB barkod numarası belirtilmelidir.
13. Sondaların herbir numarasına göre bağlantı uçları farklı renklerde olmalıdır.
14. Firma tarafından en az 3 numune getirilecek ve nihayi karar numune incelemesinden sonra verilecektir.

Hemşire, Melike Nur
GÖZÜK

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

ESRA KARATAŞ
T.C. Sağlık Bakanlığı
Post Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi
Sorumlu Hemşiresi