



2025-01-16

TALEP MÜZAKERESİ



İstek No : 29406
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26621

İstem Tarihi: 20/01/2025

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Ameliyathane Bölümü için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSON
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM8912	OPTİK LENS TAMİRİ.	0		ADET	16		

...../...../2025

Selçuk DURSON
Hastane Müdürü

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 28305BA Model 10040Q Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOCU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Birimi
Biyomedikal Teknik Servisi

A. Emin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Birimi
Biyomedikal Teknik Servisi

A

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 7230 BA Model 12079K Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Biyomedikal Komisyonu

A. Erkin ÜSÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Biyomedikal Komisyonu

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 28731 BWA Model 1236JZ Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÖSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Biyomedikal Teknisyeni

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 28731 CWA Model 1204DJ Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.


GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğiinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırmaları ve Eğitim Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Büyükdere Sok. 06500 Beşiktaş/İstanbul





TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 28731 BWA Model 123A5E Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara “ **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** “ belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğiinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Naem KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Birim Sorumlusu

A. Erol ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Birim Sorumlusu

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 26003 BA Model 122JX0 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Onarım Birimi

A. Ersin ÖZTÜRK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Onarım Birimi

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 28731 BWA Model 122FU4 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Biyomedikal Teknisyeni

A. Emin ÖZTÜRK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Biyomedikal Teknisyeni

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 7230 AA Model 121CEP Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.


GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara “ **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** “ belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğiinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.


 KAAN KÖK
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Tıp Fakültesi
 Biyomedikal Teknisyeni


 A. ERKİN ÜSTÜN
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Tıbbi Cihaz Bakım Birimi
 Birim Sorumlusu



TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Olympus Marka WA2T430A Model 30 Derece Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Siyomedikal Teknisyeni

A. Emin ÖZTÜRK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Siyomedikal Teknisyeni

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan NYZ Marka NYZ001 Model 2008345 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOCU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Rüyamudulak Teknisyeni

A. ERİN ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Rüyamudulak Teknisyeni

A

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Olympus Marka WA2T430A Model 813886 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırmaları ve Eğitim Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. ETSİN ÜSÜKÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırmaları ve Eğitim Merkezi
Biyomedikal Teknisyeni

11

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Olympus Marka WA53005A Model 802985 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara “ **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** ” belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
 SAĞLIK ARACI VE CİHAZLARI
 Sağlık Arac ve Cihazları
 Tıbbi Cihaz Üretim
 Biyomedikal Teknoloji

A. ÖZTÜRK
 SAĞLIK ARACI VE CİHAZLARI
 Sağlık Arac ve Cihazları
 Tıbbi Cihaz Üretim
 Biyomedikal Teknoloji

11

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Olympus Marka WA2T430A Model 801127 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Diyadinlik Teknisyeni

A. F. ÇİTÖN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Diyadinlik Teknisyeni

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan LUT Marka HD SCOPE Model 569056 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğiinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Biyomedikal Teknisyeni

A. Emin ÖSÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Biyomedikal Teknisyeni

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan G13 Marka 0 Derece 60875 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Sıyrtanbul tekni@msm

A. Zihir ÖZTÜRK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimi
Sıyrtanbul tekni@msm

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan Karl Storz Marka 10320 BA Model 120107 Seri Numaralı Optik lens Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
03122027452

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
03122027452