


KARL STORZ MARKA 30 ° OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 30 ° lik 12079K seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


İSMAİL KÖÇ
DOKÜMANERŞİESİ
Kocaeli Eğitim ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyem



TUN
Kocaeli Eğitim ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyem

KARL STORZ MARKA 30 ° OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 30 ° lik 120TYB seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Ulusal Biyomedikal
Kalite Kurumu
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknik Servisi



KARL STORZ MARKA 30 ° OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 30 ° lik 120XCV seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



Biyomedikal Birimi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Birimi



A. D. ...
Sağlık Bakanlığı

KARL STORZ MARKA 0⁰ OPTİK LENS TAMİRİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 0⁰ lik 100BLE seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



Mustafa Kemal
Biyomedikal Teknisyeni



KARL STORZ MARKA 0⁰ OPTİK LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 0⁰ lik 1783921 seri nolu optik lens arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

W. KOC
Gazi Üniversitesi
Eğilim ve Uygulama Merkezi
Bölüm Başkanı



A. KOC
Bölüm Başkanı

