


HASTABAŐI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU

ALIMI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu Bioligt marka AnyWiew-M12 model hastabaŐı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2) Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 3) En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 4) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 5) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 6) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dıŐı bırakılacaktır.
- 8) Teslim edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu orijinal olacaktır.
- 9) Yüklenici saturasyon probunun ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucunun orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10) Saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 11) Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu üretim hatasına karşı garantili olacaktır.
- 12) Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu sipariŐ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idareimiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.




Handwritten signature of a representative, likely a doctor or technician, with a faint stamp or text visible in the background.



Handwritten signature of a representative, likely a doctor or technician, with a faint stamp or text visible in the background.

EKG CİHAZI PUAR ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Puarlar EKG çekiminin yapılmasına uygun olacaktır.
2. Puarlar temizlenebilir antistatik olacaktır.
3. Puarların yüzeyi delik ve pürüzlü olmayacaktır.
4. İletkenlik iyi ve yüksek olacaktır.
5. Bağlantı noktası sayesinde düz pim, banana yada çıt çıt uçlu kablolarla takılabilir olacaktır.
6. Metal kısımları paslanmaz olacaktır.
7. Yetişkin hastalarda kullanılabilir olacaktır.
8. EKG puarları 6'lı set halinde takım olacaktır.
9. İstekliler Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım birimine numune getirmelidir.
10. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
11. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
12. EKG puarları ikinci el olmayacak, kutulu ambalajlı sıfır ürün olacaktır.



İstekliler Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım Birimi

