

Job-066328

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ŞARTNAMESİ

- En az 3 M uzunluğunda ve en az 4.25 mm kalınlığında olmalıdır.
- RoHS uyumlu materyalden üretilmelidir.
- Mekanik basınç ve otoklava karşı dayanıklı bileşik optik fiberden oluşmalıdır.
- Otoklavlanabilmelidir.
- Kurumda mevcut bulunan Olympus Marka cihaza tam uyumlu olmalıdır.
- Teklif edilen malzemeler Numune değerlendirmeden sonra kabul edilecektir.


Ebru GÜMÜŞ KARAVEL
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

Dr. Serhan ÇETİN

