

**ANESTEZİ CİHAZI FLOW POWER KARTI ALIM**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekliler tarafından teklif edilecek flow power kartı Drager marka Perseus A500 model ASJK0021 seri numaralı Anestezi cihazına tam uyumlu olacaktır.
2. Anestezi cihazı flow power kartını cihaza montajı yapıp çalışır durumda teslim edilecektir. Cihaz üzerinden sökülen flow power kartı Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
3. Anestezi cihazı flow sensör kartı 1 yıl garantili olacaktır.
4. Teslim edilecek Anestezi cihazı flow power kartı orijinal olacaktır.
5. Yüklenici Anestezi cihazı flow power kartını depoya teslim etmeden önce, Anestezi cihazı flow power kartının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
6. Anestezi cihazı flow power kartı ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

