

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON HORTUMU VE MANŞON ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilecek obez tansiyon manşonu hastanemizde kullanılan hastabaşı monitörlerine uyumlu olacaktır.
2. Tansiyon kol bezi obez hastalarda kullanılmak üzere kol bezi 64/17.5 cm olacaktır.
3. Tansiyon kol bezinin iç manşonunun hortum uzunluğu 25cm ile 30cm arası olacaktır.
4. Tansiyon manşonunun dış kılıfı temizlenebilir özellikte olacaktır.
5. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olacaktır.
6. Anti alerjik olacaktır.
7. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
8. İç manşonla beraber olacaktır.
9. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır. Numune formu doldurmayan isteklilerin teklifi değerlendirilmeyecektir.
10. Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
11. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. İstekliler tarafından teklif edilen tansiyon hortumu ve manşonuna ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
13. İstekliler tarafından teklif edilen tansiyon hortumu ve manşonu ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
14. Yüklenici tansiyon hortumu ve manşonu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
15. Yüklenici tansiyon hortumu ve manşonu sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

Maruf BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

**HASTA KARYOLASI TUŞ TAKIMI
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek tuş takımı Medikal2000 marka İkonium 3MS model hasta karyolalarına uyumlu olacaktır.
- 2.Tuş takımı keypadı sağ ve sol olarak takım olacaktır.
- 3.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 4.Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6.Teslim edilecek tuş takımları orijinali veya muadili olacaktır.
- 7.Yüklenici tuş takımlarını depoya teslim edilmeden önce, tuş takımlarının orijinal veya muadili olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 8.Tuş takımları ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri