

**OLYMPUS MARKA BF TYPE 1T260 MODEL BRONKOSKOPİ CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Bölümünde kullanılan Olympus marka BF TYPE 1T260 model 1400287 seri numaralı bronkoskopi cihazı ve monitör modülü arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
8. Tamir edilen cihazın çıkan parçaları hiçbir zarar verilmeden ve deforme edilmeden Tıbbi Cihaz Birimine teslim edilecektir.
9. Tıbbi cihaz biriminde mevcut olan cihaz görüldü belgesini doldurmayan ve satın alma birimine teklif ile birlikte iletmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni