





TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25832
İstem Tarihi : 27/03/2024
Bölüm Adı : Metabolizma Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 27/03/2024 10:20:00

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı |
|--------------|------------------|
| J06-066480 | CAPILLARY COLUMN |

Shimadzu marka GC-MS (Gaz kromatografi-kütlespektrometre) cihazımıza uygun olmalıdır
Sterol çalışmalarına uygun olmalıdır
% 100 dimethyl polysiloxane olmalıdır.
Inertcap 1MS 0.25MMID x 30M DF=0.25UM Kat No :1010-12142 veya muadili olmalıdır.
Orjinal ambalajında olmalıdır
Yetki belgesi ibraz edilmelidir.

| HAZIRLAYANLAR | ONAYLAYAN |
|--|---|
|  Öğr. Gör. Betül DERİN T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |