



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

Istem No/Alım No : 2072024-03-1511
 Konu : 3 Kalen Tıbbi Malzeme Alımı
 Taip Eden Bitir : Ameliyathaneye Depolan / Ameliyathaneye Stogu
 Son Testim Tarih & Saat : 29/03/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 28/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda dins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saatte kada Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-Ihale dökümlerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin testim süreçleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillерinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıya yazılması
- 5-Uzerrinde kazanti, duzalma bulunuşunu rakamla ve yazıya yazılması
- 6-Ad soyad veya ticaret unvanı yazmak suretiyle yetkilii kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilemeyeceğse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin sifarişine müteakip testim süreçlerinin teknif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Testim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teknifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teknifte yer alacaktır.
 UBB kodu, T.C. İlç ve İlç Çihaç Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)iye kayıtlı ve bu kayıtlı teknif tarihi itibarıyle geçerli olmalıdır. Alıma çikılan her kalemin /kalem için aynı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sadık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.
 TİTUBB/ÜTS ye kayıt, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere alt teknif değerlendirilmeye alınmayacağındır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalemin teknif tarihi itibarıyle teknif vermeye yetkili ithalatçı tedarikçi veya bayi ondaklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teknif zarf içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTR.

**HALE YASAKLIS FIRMAALARIN TEKLIF DEĞERLENİRDİRMEYECEKTIR.

Fiyat opsyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKLA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLER BURLIKTE NUMUNĘ GETRILECEKTİR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatisimail@gazi.edu.tr

İHTİYAC LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açılaması	Miktar	Birim
1	J01-01C827	İDİN (CEREN) KESİ DRAPE 60X45 CM	500	ADET
2	J01-012095	PENROZ DREN 19-20 MM.	50	ADET
3	J01-011969	OR2890 LAPAROSKOPIK SPESMEN TORBASI 10 MM.	250	ADET


Menis COBAN
HASTANE MUDUR YRD

Ekoş!
mvs!

J01-011969 OR2890 ENDOSkopİK SPESMEN TORBASI (KÜÇÜK) 10 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik spesimen torba sisteminin şaftı 10 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik spesimen torba sisteminin kanül uzunluğu enaz 29 cm olmalıdır.
5. Endoskopik spesimen torba sisteminde kanülünlük içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft olmalıdır.
6. Endoskopik spesimen torbası yırtılmaya dayanıklı polyurethane malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Endoskopik spesimen torbasının ağız çapı enaz 6cm ,derinliği enaz 15cm olmalı ve konik şeklinde açılabilмелidir.
8. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak açılabilмелidir.
9. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılmamalı ve torbanın ağızı büzülebilмелidir.
10. Torbanın büzülmesi için gerekli ipin kesilmesini sağlayan iç şaftta bulunan gizli bir bıçak olmalıdır.
11. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı olmalıdır.
12. Spesimen çıkarırken, ekilimi engellemek için virus ve bakteri geçirgenliği standartlara uygun olmalı ve istenildiğinde belgelendirilmelidir.
13. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri strel paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
14. Tıbbi cihaz yönetmeliğine göre paket , kutu ve prospektüs üzerinde malzemenin kendi dilinde ürünün tam ismini bulundurmalıdır.
15. Ürün UBB?na kayıtlı olmalıdır.
16. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
17. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
18. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Dr. Sibel KARAYEL
Amasya Üniv. Ümraniye
Serumluşu


Dr. M. Emin YILMAZ
Amasya Üniv. Ümraniye
Serumluşu

J01-01C827 İODİN İÇEREN CERRAHİ KESİ DRAPE 60X45

1. İyotlu steril örtünün sırt yapısı polyester olacak ve lodofor içerecektir.
2. Ürün cerrahi işlem sırasında insizyon çevresindeki bakteri hareketini önleyecek ve gözlemlenebilir bir çalışma alanı sağlamalıdır.
3. Ürün içeriğinin bakteriosidal etkisi olacak bakterileri inaktive edebilcektir.
4. Yapışkan tabakaya emdirilmiş olan lodofor, sürekli olarak bir lodofor salınımı sağlayarak cilt üzerindeki antimikrobiyal hareketi devam ettirecek ve bu husus üretici firma tarafından belgelenecektir.
5. Ürünün sırt yapısı oksijen alış-verişine izin vermelidir.
6. Ürün, sıvı ve bakteri bariyeri özelliğine sahip olmalıdır.
7. İnsizyon örtüsü ciltten çıkarıldıktan sonra, ciltte artık bırakılmamalıdır.
8. Medikal cihaz ekipmanları class 3 kriterlerine uygun olacak ve bu husus üretici firma tarafından belgelenerek numune ile birlikte verilmelidir.
9. Kolay açılabilir paket yapısı, katlı ve steril olmalıdır.
10. Teklifle birlikte 1 adet numune getirilmelidir.

Ebru GÜRSOY KAHRAMAN
Amerikanlı Birim
Şorumluşu

A
Dr.Öğr. Üz. Dr. Ebru GÜRSOY KAHRAMAN
Amerikanlı Birim
Şorumluşu
DRAPE İODİN İÇEREN CERRAHİ KESİ
DRAPE İODİN İÇEREN CERRAHİ KESİ

J01-012095 PERNOZ DREN

1-Malzeme doğal lateksten imal edilmiş olmalıdır.

2-Malzeme insizyon alanındaki sıvı atıkların drenajı için kullanıma uygun olmalıdır.

3-Malzeme sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir tekli paketlerde 19-20 mm olmalı, paket üzerinde malzeme ve sterilizasyon ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.

4-Malzeme CE belgesine sahip olmalı, depo tesliminde 2 yıl miatlı olmalıdır.

5-Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır

Ebru GÜMÜŞ KARAYELİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Doçentliği

P
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜMÜŞ KARAYELİ
Ağrı Üniversitesi
Doçentliği
0533 342 10 62
E-mail: ebru.karayeli@agri.edu.tr
Op. Tıp Fak. Tıp Mühendisliği