


HASTABAŞI MONİTÖR TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Acil Servis Ünitesinde kullanılan Philips marka MX450 model hastabaşı monitörü arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir, garantisi verecektir.
5. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
6. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
7. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

sağlık/teknik/...
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler



sağlık/teknik/...
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler

