



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 207/2024-03-1553  
Konu : 2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Periton Diyaliz Stöğü  
Son Teslim Tarih & Saat : 01/04/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 29/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süresini, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Uzerinde kazımtı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyeceks FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ve kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLABACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011514	NF1025 PERİTON DİYALİZİ KATETER YERLEŞTİRME KİTİ 62 CM. (KALICI KATETER, KILAVUZ TEL, DİLATOR, İGNE, TÜNEL STİLESİ VE DİĞER GEREÇLERİ İÇEREN)	8	ADET
2	J01-011498	NF1025 PERİTON DİYALİZİ KATETER YERLEŞTİRME KİTİ 57 CM. (KALICI KATETER, KILAVUZ TEL, DİLATOR, İGNE, TÜNEL STİLESİ VE DİĞER GEREÇLERİ İÇEREN)	7	ADET

Memiş ÇOBAN  
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şarhname Ektİ Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 26/03/2024  
Bölüm Adı : Periton Diyaliz Stoğu

Döküm Tarihi : 26/03/2024 08:37:00

Malzeme Kodu : J01-011514  
Malzeme Adı : NF1025 PERITON DİYALİZİ KATETER YERLEŞTİRME KİTİ 62 CM. (KALICI KATETER, KILAVUZ)

PD KİTLİ KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAME 62 cm

- Kateter ve pull apart setten oluşmalıdır. Kateter Periton diyaliz kateteri kıvrımlı ve 57 yada 62cm. olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 2 cuff'li olacaktır.
- Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı tübü üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 4.9mm dış çapa ve 2.6mm iç çapa sahip olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri hem perkütan hem de cerrahi yolla uygulamaya uygun tasarımda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri steril, çift paketlenmeye sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri CE belgesine sahip olmalıdır. Pull apart setin içinde ise Beta-CAP adaptor, kapak, klemp, 16Fr Pull-apart dilatatör, 18 ga iğne, J/ düz klavuz tel, 10cc şırınga, #11 scalpel, tunnel stilesi ve 6 adet tül sünger bulunmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Hemşire Nurdan ÇETİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 26/03/2024  
Bölüm Adı : Periton Diyaliz Stoğu

Döküm Tarihi : 26/03/2024 08:37:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J01-011498      NF1025 PERİTON DİYALİZİ KATETER YERLEŞTİRME KİTİ 57 CM. (KALICI KATETER, KILAVUZ)

**PD KİTLİ KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAME 57 cm**

- Kateter ve pull apart setten oluşmalıdır. Kateter Periton diyaliz kateteri kıvrımlı ve 57 yada ~~62~~cm. olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 2 cuff'li olacaktır.
- Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı tübü üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 4.9mm dış çapa ve 2.6mm iç çapa sahip olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri hem perkütan hem de cerrahi yolla uygulamaya uygun tasarımda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri steril, çift paketlemeye sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri CE belgesine sahip olmalıdır. Pull apart setin içinde ise Beta-CAP adaptor, kapak, klemp, 16Fr Pull-apart dilatör, 18 ga iğne, J/ düz klavuz tel, 10cc şırınga, #11 scalpel, tunnel stilesi ve 6 adet tül sünger bulunmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

*Geliştirme*  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

*[Signature]*  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hemşire Nurdan ÇETİN  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi