

MANYETİK STİMÜLATÖR CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Psikiyatri Ünitesinde kullanılan Neurosoft marka Neuro MSD model Manyetik Stülümator cihazı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.İstekliler tamir edilen cihaza 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda ve tüm fonksiyonları kontrol edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Psikiyatri Ünitesine teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7.Cihaz tamir için yükleniciye teslimden sonra, en fazla 7 (yedi) gün içinde tamir edilerek Biyomedikal Birimine veya Psikiyatri Ünitesine teslim edilecektir.



Milvaz (Gözümlü)
Tıbbi Üniversite
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Ürünler Birimi
Beyazıt Mahallesi - Beşiktaş - İstanbul

