



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20862024-04-1653
Konu : 1 KALEM MALZEME ALIMI
Talep Eden Birim : Acil Depoları / Acil Servis (Ana Depo) Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 16/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 05/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-034413	AŞI DOLABI	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

KİT ASI SAKLAMA DOLABI

- 1-Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemedden yapılmalıdır.
- 2-Dolap 195-230V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
Brüt hacmi 300 litre - Net hacmi 256 litre olmalıdır.
- 3-Dolap kapısı çift kat ısı camlı ,kilitlenebilir ve manyetik contalıdır.bu sayede stok tabii kine imkan vermelidir. Opsiyonel olarak istenilirse blok kapılıda yapılabilirdir.
- 4-Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik Kaplamalı 4 adet tel raf bulunmalıdır.
- 5-Dolap +0/+15 derece aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmelidir.
- 6-Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmalıdır.
- 7-Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
- 8-Dolap soğutma evaporatörünün verimliliği korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmalıdır.
- 9-Dolap kabin içi aydınlatması led ile gerçekleşmelidir.
- 10 Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemci dijital kontrol paneli olmalıdır.Opsiyonel olarak da dokunmatik ekranlı mikro işlemcili dijital kontrol paneli yapılabilirdir. Bu kontrol paneli ister 0,1 ister 0,5 derece ayar ve ölçüm imkanı tanınmalıdır. Dolap alarm durumlarında ekran zemin rengi değişmelidir.
- 11- Cihaz üzerinde USB port standart olarak bulunmalıdır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmeli ve excel formatında bu kayıtları PC'yeaktarabilirdir. Opsiyonel olarak dolap üzerine takip sistemi takılabilmeli ve bu sistem alarm durumlarında sms gönderimi ve mail atma özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca bu sistem ile dolap dereceleri anlık olarak pc den izlenebilmeli ve grafik çıktısı alınabilirdir.
- 13-Dolap üzerinde harici sensor bağlantı yeri bulunmalıdır.
- 14-Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0,1 derece hassiyetle ölçüm yapabilmelidir.
- 15-Elektronik kart üzerinde harici sensor ve dolap derecelerine eşleşmesi için sensor ayarı yapılabilirdir.
- 16-Cihaz kontrol panelinde ,otomatik şarj edilen akümülatör sistemi mevcut olmalıdır.Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.
- 17-Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklığı aşıldığında ,cihaz kapısı açık kaldığında elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir.

Prof. Dr. Ayter KELEŞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip. No: 11037 Dip. No: 8422

- 18-Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi OZON tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir.
- 19-Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet sabit ve iki adet stoplu tekerlek bulunmalıdır.
- 20- cihazlar 2 yıl garantili olmalıdır. Türkiye genellikle servis ağı bulunmalıdır.
- 21-Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmelidir.termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal dökümleri hata kodları alınabilmelidir.
- 22- ISO 9001:2008,TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmelidir.
- 23- Üretici firmanın dolabın kurulacağı ilde yerleşik bulunan bir servisi olmalıdır.

PROF. DR. AYFER KELEŞ
T.C. Sazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Tıp No: 11037 Dış Tıp No: 84269

